

Pytania dotyczące treści SIWZ do postępowania nr ZP/320/008/D/15

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury naukowo-badawczej dla Politechniki Gdańskiej Wydział Chemiczny.

Zamawiający informuje, że w dniu 25.09.2015 wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

Pytania dotyczące części nr 2 – aparat do real-time PCR

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie urządzenia o szybkości nagrzewania bloku do 5,5°C/sek (oczywiście istnieje możliwość ustawienia niższej temperatury)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie urządzenia o szybkości chłodzenia bloku do 4°C/sek (oczywiście istnieje możliwość ustawienia niższej temperatury)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z blokiem wykonanym ze srebra pokrytego złotem?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem że blok grzejny zachowuje wymagane parametry dokładności i homogenności termicznej

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie urządzenia z 40°C gradientem w 12 kolumnach (12 różnych temperatur) w całkowitym zakresie 3-99°C?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

5. Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie urządzenia o wzbudzeniu 3 LED (pokrycie całego spektrum, brak elementów ruchomych)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie urządzenia o detekcji CPM (channel photo multiplayer)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza technologii CPM w detekcji, ponieważ rozwiązanie to nie umożliwia jednoczesnego odczytu fluorescencji wszystkich analizowanych prób

7. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez ekranu dotykowego umożliwiającego sterowanie?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Aparat ma być sterowany za pomocą panelu dotykowego

8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie urządzenia bez HRM?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, urządzenie ma być wyposażone w HRM

9. Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie urządzenia z gwarancją 24 miesiące na urządzenie a 10 lat na optykę?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapis wymogu zapewnienia 36 m-cy gwarancji