



Gdańsk, 19.11.2015 r.

ZZ/543/004/D/2015

## Wykonawcy

### Wyjaśnienia Nr 1 treści ogłoszenia o zamówieniu

dla zamówienia pn. „Dostawa laboratoryjnych wyrobów szklanych dla Politechniki Gdańskiej Wydziału Mechanicznego”

Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami treści ogłoszenia.

**Pytanie nr 1:**

Jaką objętość ma zlewka niska?

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający wyjaśnia, że zlewka niska ma mieć objętość 50 ml

**Pytanie nr 2:**

Jaką pojemność i średnica ma mieć próbówka okołodenna?

**Odpowiedź na pytanie 2:**

Zamawiający wyjaśnia, że próbówka okołodenna ma mieć pojemność 30 ml oraz średnica 18 mm

**Pytanie nr 3:**

Jaką średnicę i wysokość ma mieć Szalka Petriego Anumbra?

**Odpowiedź na pytanie 3:**

Zamawiający wyjaśnia, że Szalka Petriego Anumbra ma mieć średnicę 60 mm i wysokość 12 mm

**Pytanie nr 4:**

Jaką pojemność i gabaryty ma mieć butelka z korkiem na szlif?

**Odpowiedź na pytanie 4:**

Zamawiający wyjaśnia, że butelka z korkiem na szlif ma mieć pojemność 50 ml oraz szeroką szyję.

**Termin oraz sposób składania i wyboru ofert nie ulegają zmianie.**

**Otrzymują:**

1. Strona internetowa,
2. a/a.

**Dziekan**  
prof. dr hab. inż. Jan Słuski, prof. zw. PG  
WYDZIAŁ MECHANICZNY