



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ
I ŚRODOWISKA

Dziekan

Gdańsk, dnia 09.01.2017r.

**ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
do postępowania nr ZZ/ 1/002/D/2017**

Dotyczy: zamówienia na dostawę kamery termowizyjnej na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Zamawiający informuje, że w dniu 09 stycznia 2017r wpłynęło zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, o brzmieniu:

Czy zamawiający dopuszcza następujące różnice w stosunku do specyfikacji:

- Rozdzielczość przestrzenna: 3,4mrad (było 3,68mrad)
- Minimalne pole widzenia/obiektów: 31st. x 23st. (było 34st x 26st.).

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ww. różnice w stosunku do specyfikacji tj:

- Rozdzielczość przestrzenna: 3,4mrad
- Minimalne pole widzenia/obiektów: 31st. x 23st.

Dziekan
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde



POLITECHNIKA GDAŃSKA
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Tel.: +48 58 347 22 05
Fax: +48 58 347 20 44
e-mail: biurowyd@pg.gda.pl
www.wilis.pg.gda.pl