



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI
I OKRĘTOWNICTWA

Nr postępowania: **CRZP/125/017/D/17**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 *Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.)

na

**„DOSTAWĘ PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH WRAZ Z AKCESORIAMI
DLA WYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ”**

ZATWIERDZAM

/-/ Dziekan

dr hab. inż. Janusz Kozak prof. nadzw.PG

Gdańsk, dn. 11.07.2017 r.

SPIS TREŚCI

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO	3
II. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.....	3
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3
IV. OFERTY CZĘŚCIOWE.....	4
V. OFERTY WARIANTOWE	4
VI. INFORMACJA O PRZEWDYWANYCH ZAMÓWIENIACH	4
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	4
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA.....	4
IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW	4
X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA.....	7
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	7
XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM	8
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.....	8
XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT	9
XV. SPOSÓB OBLICZANIA CENY	10
XVI. KRYTERIA OCENY OFERT	11
XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	11
XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ	12
XIX. WZÓR UMOWY.....	13
XX. INFORMACJE DODATKOWE.....	21
XXI. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW.....	22

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający: Politechnika Gdańska
Adres: ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
NIP: 584-020-35-93
REGON: 000001620
Strona internetowa: www.pg.edu.pl

Postępowanie prowadzone przez:
Wydział oceanotechniki i Okrętownictwa
Tel: +48 58 347 1179
Fax: +48 58 347 2535
E-mail: achmiel@pg.gda.pl
Godziny pracy: 8:00-16:00

II. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) jest prowadzone na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy, zwanej dalej *ustawą Prawo zamówień publicznych* w trybie **przetargu nieograniczonego**.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyrządów pomiarowych wraz z akcesoriami dla Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.
2. Zamówienie jest udzielane w ramach 2 części:

2.1 część 1 – dostawa przystawki oscyloskopowej na USB, aktywnej sondy różnicowej do oscyloskopu, 2 szt. zasilaczy laboratoryjnych

- a) dostawa przystawki oscyloskopowej na USB, aktywnej sondy różnicowej do oscyloskopu, 2 szt. zasilaczy laboratoryjnych dla Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, według specyfikacji określonej w załączniku 4 do SIWZ.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

38430000-8	Aparatura do wykrywania i analizy
30237280-5, LA21-3	Akcesoria zasilające,

2.2. część 2 – dostawa 9 multimetrów, 4 kompletów sondy pomiarowej, 1 komplet przewodów męsko-męskich 10 cm kolorowe – 50 szt., 1 komplet przewodów męsko-męskich 30 cm kolorowe – 50 szt., 1 komplet przewodów żeńsko-męskich 30 cm kolorowe – 50 szt., 1 komplet przewodów wtyk męski z haczykami – 5 szt. płytki stykowa 830 otworów 4 szt., oscyloskop cyfrowy szt. 1., programowalny miernik częstotliwości/licznik (kolor wyświetlacza czerwony) 2 szt

- b) Przedmiotem zamówienia jest dostaw 9 multimetrów, 4 kompletów sondy pomiarowej, 1 komplet przewodów męsko-męskich 10 cm kolorowe – 50 szt., 1 komplet przewodów męsko-męskich 30 cm kolorowe – 50 szt., 1 komplet przewodów żeńsko-męskich 30 cm

kolorowe – 50 szt., 1 komplet przewodów wtyk męski z haczykami – 5 szt. płytki stykowa 830 otworów 4 szt., oscyloskop cyfrowy szt. 1., programowalny miernik częstotliwości/licznik (kolor wyświetlacza czerwony) 2 szt. dla Wydziału oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, według specyfikacji określonej w załączniku 4 do SIWZ.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

38342000-4	Oscyloskopy
38341300-0	Przyrządy do mierzenia wielkości elektrycznych

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie wprowadza obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z realizowanym zamówieniem.
4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
6. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

IV. OFERTY CZĘŚCIOWE

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie 2 części zamówienia.

V. OFERTY WARIANTOWE

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7) ustawy *Prawo zamówień publicznych* w trybie zamówienia z wolnej ręki.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia: do 21 dni od daty zawarcia umowy dla części 1 i 2.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1.1 nie podlegają wykluczeniu;
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców określonych w art. 24 ust. 12-23 ustawy *Prawo zamówień publicznych*.
3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Zamawiający żąda wraz z ofertą następujących dokumentów:
 - 1.1 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy *Prawo zamówień publicznych*:
 - a) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik 2 do SIWZ);
2. Ponadto Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów, oświadczeń i informacji:
 - 2.1 wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami (załącznik 1 do SIWZ). Oferta (formularz ofertowy wraz z załącznikami) musi być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy, upoważnionego/upoważnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem;
 - 2.2 pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy *Prawo zamówień publicznych*. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3. **Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy *Prawo zamówień publicznych* Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów:**
 - 3.1 w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego:
 - a) dokumentacji technicznej potwierdzającej spełnienie przez oferowane urządzenia wymagań określonych w SIWZ.
Przez dokumentację techniczną rozumie się specyfikacje techniczne udostępniane przez producentów i dystrybutorów lub opisy sporządzone przez Wykonawcę na ich podstawie, wraz ze wskazaniem źródeł pochodzenia przedstawionych informacji, np. źródło własne/ adres strony internetowej producenta lub dystrybutora zawierającej opis produktu. Dokumentacja techniczna musi potwierdzać wszystkie wymagane cechy wyszczególnione w specyfikacji technicznej SIWZ.
 - 3.2 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §5 i §7 *Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), zwanego w dalszej części SIWZ *Rozporządzeniem Ministra Rozwoju*, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
 - 3.3 W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §5 i §7 *Rozporządzenia Ministra Rozwoju*, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy *Prawo zamówień publicznych*, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy *Prawo*

zamówień publicznych, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

4. Wymagania dla **Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia** (art. 23 ustawy *Prawo zamówień publicznych*):
 - 4.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
 - 4.2 dokument pełnomocnictwa musi zawierać w szczególności wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;
 - 4.3 dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy;
 - 4.4 jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;
 - 4.5 podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
5. **Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy *Prawo zamówień publicznych* Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy *Prawo zamówień publicznych* (załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.**
6. Oświadczenia, o których mowa w *Rozporządzenia Ministra Rozwoju* dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy *Prawo zamówień publicznych* oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
7. Dokumenty, o których mowa w *Rozporządzeniu Ministra Rozwoju*, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 7, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
10. **Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.**
11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, innego niż oświadczenia, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

13. Złożone wraz z ofertą dokumenty, po otwarciu ofert nie podlegają zwrotowi.

X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA

1. Językiem obowiązującym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest język polski.
2. Złożona przez Wykonawcę oferta wraz z załącznikami musi być napisana w języku polskim. Również w języku polskim prowadzona będzie cała korespondencja między Zamawiającym, a Wykonawcami.
3. Forma przekazywania dokumentów, oświadczeń, informacji, zawiadomień itp.:
 - 3.1 Zamawiający wprowadza, jako obowiązującą w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia - formę pisemną (z zastrzeżeniem wskazanym w pkt. 3.2);
 - 3.2 Zamawiający dopuszcza również formę faksu lub elektroniczną, przy czym, jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia (z zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. Zamawiający umieszcza na własnej stronie internetowej wszelkie istotne dla Wykonawców informacje dotyczące prowadzonego postępowania, a w szczególności: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśnienia oraz zmiany do SIWZ, informację o wyborze oferty.
6. Dane do korespondencji:

Adres: Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Faks: +48 58 347 2535
E-mail: achmiel@pg.gda.pl

7. Dni i godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz.08.00 – 15.30.
8. **W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem postępowania CRZP/125/017/D/17.**
9. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest
– Andrzej Chmielewski – tel. +48 58 347 1179, fax +48 58 347 2535 e-mail achmiel@pg.gda.pl.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni.

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta powinna zostać sporządzona przy uwzględnieniu zasad określonych w *ustawie Prawo zamówień publicznych* i zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w SIWZ.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać *formularz ofertowy* (załącznik 1 do SIWZ) oraz dokumenty wymienione w rozdziale IX SIWZ.
4. Formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim.
6. Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest do złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów.
10. Oferta oraz dokumenty muszą być podpisane przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
11. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. Winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela – pełnomocnika.
12. Wszystkie załączniki do oferty powinny być ułożone w kolejności wymienionej w formularzu oferty oraz ponumerowane (nie wymaga się numerowania czystych stron). Łączną ilość stron należy wpisać do *formularza ofertowego*.
13. Należy spiąć wszystkie strony oferty w sposób trwały, uniemożliwiający dekompletację bez widocznych śladów naruszeń.
14. Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. Zamawiający nie wymaga parafowania czystych stron.
15. W wypadku załączenia kserokopii dokumentów powinny być one opatrzone napisem „za zgodność z oryginałem” i parafowane przez osobę upoważnioną na każdej ze stron.
16. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
17. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
18. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
19. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż

w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAC – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZLIWEJ KONKURENCJI” i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

20. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowić odrębną część oferty, nie złączoną z ofertą w sposób trwały.
21. Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez jego uszkodzenia, opatrzonym adnotacją:

✂

WYKONAWCA: (nazwa i adres)	ZAMAWIAJĄCY: Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa pok. nr 125
OFERTA PRZETARGOWA nr CRZP/125/017/D/17 na: DOSTAWĘ PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH WRAZ Z AKCESORIAMI DLA WYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ CZ. ____. NIE OTWIERAĆ PRZED – 19.07.2017 r. godz. 10:30	

✂

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

1. Ofertę złożyć nie później niż do dnia **19.07.2017 roku do godziny 10: 00** do siedziby Zamawiającego, tj.
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
budynek nr 30 – Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
pok. nr 125
2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego.
3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.
4. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty - przed upływem terminu do składania ofert określonego w pkt. 1. Powiadomienie o wprowadzeniu

zmian lub wycofaniu oferty winno zostać przygotowane i oznaczone według takich samych zasad jak składana oferta, a koperta dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

5. Komisyjne **otwarcie ofert** odbędzie się dnia **19.07.2017 roku** o godzinie **10: 30** w siedzibie Zamawiającego - **budynek Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa (sala Rady Wydziału pok. 119)**.
6. Otwarcie ofert jest jawne.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XV. SPOSÓB OBLICZANIA CENY

1. Cenę wykonania zamówienia, określoną w *formularzu ofertowym* (załącznik nr 1 do SIWZ) należy ustalić w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, warunki umowy oraz pozostałe postanowienia SIWZ, jako cenę kompletną i jednoznaczną.
2. Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, kompletnego oraz terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również koszty związane z dostarczeniem oferowanych produktów do siedziby Zamawiającego, podatki, opłaty, koszty ubezpieczenia itp.
3. Cena oferty brutto musi być podana liczbowo i słownie, wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze), przy czym końcówki od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, a od 5 do 9 w górę.
4. Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wyrażona w procentach.
5. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
6. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.
7. Zamawiający odrzuca ofertę, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia
8. Cena oferty obowiązuje przez cały okres związania ofertą i nie będzie podlegała negocjacom.

XVI. KRYTERIA OCENY OFERT

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty (dla każdej z części) decydować będą następujące kryteria:
 - a) cena - waga kryterium 60%
 - b) okres gwarancji – waga kryterium 40%
2. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów:
 - a) w kryterium cena maksymalnie 60 punktów, obliczanych według formuły:

$$P_c = (C_{\min} / C_{ob}) \times 60$$

P_c – ilość punktów przyznawana w kryterium cena
 C_{min} – cena (brutto) najtańszej oferty spośród ofert nieodrzuconych
 C_{ob} – cena (brutto) oferty badanej nieodrzuconej

- b) w kryterium okres gwarancji maksymalnie 40 punktów, przyznawanych według następujących zasad:
- ✓ okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 1 rok – 0 punktów
 - ✓ okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 2 lata lub więcej – 40 punktów.

3. Łączna punktacja obliczona zostanie według formuły:

$$P = P_c + P_g$$

P – łączna punktacja
 P_c – punktacja przyznawana w kryterium cena
 P_g – punktacja przyznawana w kryterium okres gwarancji

4. Punkty będą przyznawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów *ustawy Prawo zamówień publicznych*.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 *ustawy Prawo zamówień publicznych*.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami *ustawy Prawo zamówień publicznych* czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie *ustawy*.
4. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wobec czynności:
 - a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
 - b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - c) odrzucenia oferty odwołującego;
 - d) opisu przedmiotu zamówienia;
 - e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami *ustawy*, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie *ustawy Prawo zamówień publicznych*, albo w terminie 10 dni, – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec innych czynności niż wymienione w punkcie XVIII.7 i XVIII.8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
12. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
14. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy *Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji*, jeżeli przepisy *ustawy Prawo zamówień publicznych* nie stanowią inaczej.
15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
16. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu *Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe* jest równoznaczne z jej wniesieniem.
17. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, związane ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wnioski o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
18. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
19. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

XIX. WZORY UMÓW

UMOWA NR CRZP/125/017/D/17/1 NA DOSTAWĘ PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH WRAZ Z AKCESORIAMI

Zawarta w dniu w Gdańsku pomiędzy:

Politechniką Gdańską Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa,

z siedzibą w Gdańsku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12,

posiadającą **REGON 000001620, NIP 584-020-35-93**

reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora przez:

dra hab. inż. Janusza Kozaka prof. nadzw. PG. – Dziekana Wydziału,

zwaną dalej Zamawiającym,

a

z siedzibą w ul.e-mail.....,

posiadającym/ą REGON NIP.....,

wpisanym/ą do KRS/CEIDG:

reprezentowanym/ą przez:

.....,

zwanym/ą dalej **WYKONAWCĄ,**

który został wyłoniony w **części 1** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer **ZP/125/017/D/17**, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o *Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), dalej, jako *ustawa Pzp*, na **dostawę przystawki oscyloskopowej na USB, aktywnej sondy różnicowej do oscyloskopu, 2 szt. zasilaczy laboratoryjnych.**

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa **przystawki oscyloskopowej na USB, aktywnej sondy różnicowej do oscyloskopu, 2 szt. zasilaczy laboratoryjnych** dla Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 4 do SIWZ oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy i będącymi jej integralną częścią.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie nowy, wolny od wszelkich wad i nie będzie przedmiotem praw osób trzecich.

§ 2

Wartość umowy i warunki płatności

1. Cena określona w umowie obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić z tytułu realizacji przedmiotu umowy określoną w ofercie Wykonawcy z dnia kwotę **brutto w wysokości** (słownie: złotych).
3. Podstawą zapłaty będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura, po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisaniem przez obydwie strony umowy protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń.

4. Zapłata zostanie dokonana przelewem w ciągu **30 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 3

Warunki wykonania umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy, w terminie **do 21 dni** od dnia zawarcia umowy.
2. Kompletny przedmiot umowy powinien zostać dostarczony przez Wykonawcę na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pok. 125
3. Przedmiot umowy może być dostarczony do miejsca odbioru określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu wyłącznie w dni robocze Zamawiającego w godzinach 8:00-16:00.
4. Termin wykonania umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem ustalonego w niniejszej umowie terminu Wykonawca dostarczył kompletny przedmiot umowy.

§ 4

Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy - **miesięcznej gwarancji**, liczonej od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.
2. W ramach gwarancji dotyczącej dostarczonego sprzętu:
 - a) czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 3 dni licząc w dni robocze Zamawiającego od daty i godziny zgłoszenia usterki lub wady;
 - b) czas naprawy nie może być dłuższy niż 14 dni od daty i godziny przystąpienia do usuwania usterki lub wady.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia wykazującego wady fizyczne na nowe tego samego typu i o tych samych parametrach technicznych w przypadkach:
 - a) nie wykonania naprawy w ciągu 14 dni od pierwszego dnia przystąpienia do naprawy;
 - b) gdy po trzech naprawach gwarancyjnych urządzenie nadal będzie wykazywało wady fizyczne uniemożliwiające jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem.
4. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do towaru objętego niniejszą umową stosowne dokumenty techniczne i kartę gwarancyjną w języku polskim.
5. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi.

§5

Kary umowne i odstąpienie od umowy

1. WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości:
 - a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości; 0,1% ceny brutto określonej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia
 - b) za opóźnienia w przystąpieniu do usuwania wad oraz w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w §2 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia za każde zdarzenie.
2. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 145 *ustawy Pzp*, za odstąpienie od niniejszej umowy przez jedną ze stron, strona, po której leżą przyczyny odstąpienia, zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 15% ceny brutto określonej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. WYKONAWCY będzie wówczas przysługiwała cena za faktycznie wykonaną część umowy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

4. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie 14 dni od upływu terminu ustalonego w umowie, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. WYKONAWCA w tym przypadku zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę, o której mowa w ust.2 niniejszego paragrafu.
5. W przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo trzykrotnych uwag zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego umowa nadal nie będzie wykonywana przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy i realizacji kary umownej, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującej mu ceny.
7. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych *Kodeksu Cywilnego*.

§ 6

Pozostałe warunki realizacji przedmiotu umowy

1. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy, osobą wyznaczoną do kontaktów:
 - a) ze strony Zamawiającego jest:.....
tel., e-mail:.....;
 - b) ze strony Wykonawcy jest:.....
tel., e-mail:.....
2. O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę zobowiązaną.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy mogą nastąpić jedynie na zasadzie określonej w art. 144 ust. 1 *ustawy PZP* i wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. Zgodnie z art. 144 *ustawy PZP* Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian umowy:
 - a) **terminu:**

w przypadku działania siły wyższej. Rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, leżące poza zasięgiem i kontrolą stron, któremu strony nie mogły zapobiec i którego nie były w stanie przewidzieć

W okolicznościach wyżej wymienionych strony ustalają nowe terminy umowne z tym, że wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną, jaka ją spowodowała.
 - b) **zakresu umowy**

Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany produktów wskazanych w ofercie Wykonawcy na produkty o wyższych bądź lepszych parametrach technicznych lub o wyższej funkcjonalności w przypadku, gdy na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy oferowany produkt nie będzie dostępny na rynku w chwili realizacji przedmiotu umowy. Taka zamiana nastąpi po uprzedniej, pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy *Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny* (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), jeżeli przepisy *ustawy PZP* nie stanowią inaczej.
4. Zmiana lub uzupełnienie niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonania cesji ani przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez jego uprzedniej, pisemnej zgody.

6. Przez dni robocze Zamawiającego rozumie się dni powszednie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
7. W sprawach spornych właściwym będzie Sąd w Gdańsku.
8. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2. Oferta Wykonawcy z dnia

Akceptacja wzoru umowy następuje poprzez podpisanie formularza oferty - załącznik 1 do SIWZ.

**UMOWA NR CRZP/125/017/D/17/2
NA DOSTAWĘ PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH WRAZ Z AKCESORIAMI**

Zawarta w dniu w Gdańsku pomiędzy:

Politechniką Gdańską Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa,

z siedzibą w Gdańsku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12,

posiadającą **REGON 000001620, NIP 584-020-35-93**

reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora przez:

dra hab. inż. Janusza Kozaka prof. nadzw. PG. – Dziekana Wydziału,

zwaną dalej **Zamawiającym,**

a
z siedzibą w ul.e-mail.....,
posiadającym/ą REGON NIP.....,
wpisanym/ą do KRS pod numerem
reprezentowanym/ą przez:

.....,
zwanym/ą dalej **WYKONAWCĄ,**

który został wyłoniony w **części 2** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer **ZP/125/017/D/17**, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o *Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), dalej, jako *ustawa Pzp*, na dostawę 9 multimetrów, 4 kompletów sondy pomiarowej, 1 komplet przewodów męsko-męskich 10 cm kolorowe – 50 szt., 1 komplet przewodów męsko-męskich 30 cm kolorowe – 50 szt., 1 komplet przewodów żeńsko-męskich 30 cm kolorowe – 50 szt., 1 komplet przewodów wtyk męski z haczykami – 5 szt. płytką stykową 830 otworów 4 szt., oscyloskop cyfrowy szt. 1., programowalny miernik częstotliwości/licznik (kolor wyświetlacza czerwony) 2 szt.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 9 multimetrów, 4 kompletów sondy pomiarowej, 1 komplet przewodów męsko-męskich 10 cm kolorowe – 50 szt., 1 komplet przewodów męsko-męskich 30 cm kolorowe – 50 szt., 1 komplet przewodów żeńsko-męskich 30 cm kolorowe – 50 szt., 1 komplet przewodów wtyk męski z haczykami – 5 szt. płytką stykową 830 otworów 4 szt., oscyloskop cyfrowy szt. 1., programowalny miernik częstotliwości/licznik (kolor wyświetlacza czerwony) 2 szt dla Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 4 do SIWZ oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy i będącymi jej integralną częścią.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie nowy, wolny od wszelkich wad i nie będzie przedmiotem praw osób trzecich.

§ 2

Wartość umowy i warunki płatności

3. Cena określona w umowie obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić z tytułu realizacji przedmiotu umowy określoną w ofercie Wykonawcy z dnia kwotę **brutto w wysokości** (słownie: złotych).
5. Podstawą zapłaty będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura, po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisaniem przez obydwie strony umowy protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń.
6. Zapłata zostanie dokonana przelewem w ciągu **30 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 3

Warunki wykonania umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy, w terminie **do 21 dni** od dnia zawarcia umowy.
2. Kompletny przedmiot umowy powinien zostać dostarczony przez Wykonawcę na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pok. 125
3. Przedmiot umowy może być dostarczony do miejsca odbioru określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu wyłącznie w dni robocze Zamawiającego w godzinach 8:00-16:00.
4. Termin wykonania umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem ustalonego w niniejszej umowie terminu Wykonawca dostarczył kompletny przedmiot umowy.

§ 4

Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy-miesięcznej **gwarancji**, liczonej od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.
2. W ramach gwarancji dotyczącej dostarczonego sprzętu:
 - a) czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 3 dni licząc w dni robocze Zamawiającego od daty i godziny zgłoszenia usterki lub wady;
 - b) czas naprawy nie może być dłuższy niż 14 dni od daty i godziny przystąpienia do usuwania usterki lub wady.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia wykazującego wady fizyczne na nowe tego samego typu i o tych samych parametrach technicznych w przypadkach:
 - a) nie wykonania naprawy w ciągu 14 dni od pierwszego dnia przystąpienia do naprawy;
 - b) gdy po trzech naprawach gwarancyjnych urządzenie nadal będzie wykazywało wady fizyczne uniemożliwiające jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem.
4. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do towaru objętego niniejszą umową stosowne dokumenty techniczne i kartę gwarancyjną w języku polskim.
5. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi.

§5

Kary umowne i odstąpienie od umowy

1. WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości:
 - a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości; 0,1% ceny brutto określonej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia
 - b) za opóźnienia w przystąpieniu do usuwania wad oraz w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w §2 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia za każde zdarzenie.
2. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 145 ustawy Pzp, za odstąpienie od niniejszej umowy przez jedną ze stron, strona, po której leżą przyczyny odstąpienia, zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 15% ceny brutto określonej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. WYKONAWCY będzie wówczas przysługiwała cena za faktycznie wykonaną część umowy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
4. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie 14 dni od upływu terminu ustalonego w umowie, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. WYKONAWCA w tym przypadku zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę, o której mowa w ust.2 niniejszego paragrafu.
5. W przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo trzykrotnych uwag zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego umowa nadal nie będzie wykonywana przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy i realizacji kary umownej, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującej mu ceny.
7. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych *Kodeksu Cywilnego*.

§ 6

Pozostałe warunki realizacji przedmiotu umowy

1. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy, osobą wyznaczoną do kontaktów:
 - a) ze strony Zamawiającego jest:.....
tel., e-mail:.....;
 - b) ze strony Wykonawcy jest:.....
tel., e-mail:.....
2. O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę zobowiązaną.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy mogą nastąpić jedynie na zasadzie określonej w art. 144 ust. 1 ustawy PZP i wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. Zgodnie z art. 144 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian umowy:
 - a) terminu:
w przypadku działania siły wyższej. Rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, leżące poza zasięgiem i kontrolą stron, któremu strony nie mogły zapobiec i którego nie były w stanie przewidzieć
W okolicznościach wyżej wymienionych strony ustalają nowe terminy umowne z tym, że wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną, jaka ją spowodowała.

b) zakresu umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany produktów wskazanych w ofercie Wykonawcy na produkty o wyższych bądź lepszych parametrach technicznych lub o wyższej funkcjonalności w przypadku, gdy na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy oferowany produkt nie będzie dostępny na rynku w chwili realizacji przedmiotu umowy. Taka zamiana nastąpi po uprzedniej, pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy *Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny* (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), jeżeli przepisy *ustawy PZP* nie stanowią inaczej.
4. Zmiana lub uzupełnienie niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonania cesji ani przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez jego uprzedniej, pisemnej zgody.
6. Przez dni robocze Zamawiającego rozumie się dni powszednie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
7. W sprawach spornych właściwym będzie Sąd w Gdańsku.
8. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2. Oferta Wykonawcy z dnia

Akceptacja wzoru umowy następuje poprzez podpisanie formularza oferty - załącznik 1 do SIWZ.

XX. INFORMACJE DODATKOWE

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zgodnie z art. 87 ust. 2 *ustawy Prawo zamówień publicznych*, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. **Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć:**
 - 3.1 dane osób uprawnionych ze strony Wykonawcy do podpisania umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi ich umocowanie do podpisania umowy, o ile nie wynika to z dokumentów załączonych do oferty;
 - 3.2 w przypadku wykonawców występujących wspólnie – kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:
 - a) sposób ich współdziałania;
 - b) zakres czynności powierzonych do wykonania każdemu z nich;
 - c) numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji umowy;
 - d) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia;
 - e) wskazanie, że jeden z Wykonawców jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego z osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego.
4. Zamawiający poinformuje o terminie i miejscu podpisania umowy – Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w formie elektronicznej, pisemnej lub faksu.
5. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w punkcie 5 w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 2 *ustawy Prawo zamówień publicznych*.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, o których mowa w art. 151a *ustawy Prawo zamówień publicznych*.
8. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
12. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne wyłącznie do zakładów pracy chronionej oraz innych wykonawców, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.
13. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania w następujących przypadkach:

1.1 zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

1.2 zmiany danych teleadresowych Wykonawcy;

Wszystkie ww. zmiany wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

14. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy *Prawo zamówień publicznych*) zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

14.1 terminu:

a) w przypadku działania siły wyższej.

W okolicznościach wyżej wymienionych strony ustalają nowe terminy umowne z tym, że wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną, jaka ją spowodowała.

14.2 zakresu umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany produktów wskazanych w ofercie Wykonawcy na produkty o wyższych bądź lepszych parametrach technicznych lub o wyższej funkcjonalności w przypadku, gdy na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy oferowany produkt nie będzie dostępny na rynku w chwili realizacji przedmiotu umowy. Taka zamiana nastąpi po uprzedniej, pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego.

15. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność:

15.1 na którą Strony nie miały wpływu;

15.2 przeciw której Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem umowy;

15.3 której nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub przewyciężyć;

15.4 której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez żadną ze Stron.

16. Siła wyższa może obejmować, ale nie ogranicza się do wyjątkowych zdarzeń lub okoliczności wymienionych poniżej:

16.1 wojnę, wypowiedziane lub niewypowiedziane działania wojenne, inwazję, działania nieprzyjaciół zewnętrznych;

16.2 bunt, akt terroryzmu, rewolucję, powstanie, przewrót cywilny lub wojskowy, wojnę domową;

16.3 amunicję wojskową, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne;

16.4 zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udziałem osób innych niż personel Wykonawcy;

16.5 katastrofy żywiołowe takie jak: trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny, działania wulkaniczne, powodzie.

XXI. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

1. formularz ofertowy zał. nr 1

2. formularz cenowy zał.nr 1a

3. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania zał. nr 2

4. informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 26 ust. 2d ustawy *Prawo zamówień publicznych* zał. nr. 3

5. opis przedmiotu zamówienia zał. nr 4

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

.....
(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

Politechnika Gdańska
Wydział Oceanotechniki
i Okrętownictwa
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr postępowania **CRZP/125/017/D/17** na **dostawę przyrządów pomiarowych wraz z akcesoriami dla Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej**, my niżej podpisani:

imię nazwisko

imię nazwisko,

działający w imieniu i na rzecz:

nazwa/imię i nazwisko * Wykonawcy

siedziba/miejsce zamieszkania* Wykonawcy

numer telefonunumer faksu

e-mail.....

NIPREGON.....

PESEL (dotyczy osób fizycznych),

po zapoznaniu się z warunkami tego postępowania, oświadczam/oświadczamy*, że:

1. Przedmiot zamówienia zobowiązuję/zobowiązujemy* się wykonać za kwotę:

dla części 1 – dostawa przystawki oscyloskopowej na USB, aktywnej sondy różnicowej do oscyloskopu, 2 szt. zasilaczy laboratoryjnych

brutto zł (słownie) złotych

przy założeniu, że:
wysokość stawki podatku VAT wynosi%

okres gwarancji
-----------------	-------

dla części 2 – dostawa 9 multimetrów, 4 kompletów sondy pomiarowej, 1 komplet przewody męsko-męskie 10 cm kolorowe – 50 szt., 1 komplet przewody męsko-męskie 30 cm kolorowe – 50 szt., 1 komplet przewody żeńsko-męskie 30 cm kolorowe – 50 szt., 1 komplet przewodów wtyk męski z haczykami – 5szt. płytka stykowa 830 otworów 4 szt., oscyloskop cyfrowy szt. 1., programowalny miernik częstotliwości/licznik (kolor wyświetlacza czerwony) 2 szt.

brutto zł (słownie) złotych

przy założeniu, że:
wysokość stawki podatku VAT wynosi%

okres gwarancji
-----------------	-------

2. Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla wyodrębnionej części.
3. **Zamówienie wykonam/y* w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy.**
4. Przy zachowaniu należytej staranności zapoznałem/zapoznaliśmy* się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę/wnosimy* do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem/uzyskaliśmy* konieczne informacje potrzebne do sporządzenia oferty i właściwego wykonania zamówienia.
5. Zapoznałem/zapoznaliśmy* się z wzorem umowy, załączonym do SIWZ i zobowiązuję/zobowiązujemy* się, w przypadku wyboru mojej/naszej* oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Uważam/uważamy* się za związanego/związanych* niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. **30 dni**, licząc od upływu terminu składania ofert.
7. Oświadczam/oświadczamy*, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr....., **ponieważ**
8. Oświadczam/oświadczamy*, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada na zasadach określonych w *Kodeksie Karnym*).

* Niepotrzebne skreślić

9. Oświadczam/oświadczamy*, że w przedmiotowym zamówieniu publicznym, Wykonawca, którego reprezentuję/reprezentujemy*:

- nie zamierza* powierzyć podwykonawcom żadnej części zamówienia;
- zamierza powierzyć niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:**

Ip.	część zamówienia	nazwa podwykonawcy

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Oferta zawiera ponumerowanych stron.

.....
(podpisy i pieczętki osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

** Właściwe zaznaczyć



.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

.....
(miejscowość i data)

FORMULARZ CENOWY

na dostawę przyrządów pomiarowych wraz z akcesoriami dla Wydziału Oceanotechniki
I Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej część 1

lp.	przedmiot zamówienia	marka, model i typ urządzenia	producent	cena jednostkowa netto [zł]	liczba sztuk	wartość netto [zł]	wartość podatku VAT [zł]	wartość brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7 [5 x 6]	8	9 [7 + 8]
1	przystawka oscyloskopowa na USB				1			
2	aktywna sonda różnicowa do oscyloskopu				1			
3	zasilacz laboratoryjny				1			
4	zasilacz laboratoryjny				1			
		RAZEM						

(podpisy i pieczęć osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI
I OKRĘTOWNICTWA

ZAŁĄCZNIK NR 1a DO SIWZ

nr postępowania **CRZP/125/017/D/17**

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

.....
(miejscowość i data)

FORMULARZ CENOWY

**na dostawę przyrządów pomiarowych wraz z akcesoriami dla Wydziału Oceanotechniki
I Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej część 2**

lp.	przedmiot zamówienia	marka, model i typ urządzenia	producent	cena jednostkowa netto [zł]	liczba sztuk	wartość netto [zł]	wartość podatku VAT [zł]	wartość brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7 [5 x 6]	8	9 [7 + 8]
1	multimetry				9			
2	przewody - sondy pomiarowe krokodylki 3 szt				4			
3	komplet przewodów męsko-męskich 10 cm kolorowe – 50 szt.				1			
4	komplet przewodów męsko-męskich 30 cm kolorowe – 50 szt.				1			

5	komplet przewodów żeńsko-męskich 30 cm kolorowe – 50 szt				1			
6	komplet przewodów wtyk męski z haczykami – 5szt.				1			
7	płytki stykowa 830 otworów				4			
8	oscylloskop cyfrowy częstotliwości/licznik (kolor wyświetlacza				1			
9	programowalny miernik częstotliwości/licznik (kolor wyświetlacza czerwony)				2			
		RAZEM						

.....
 (podpisy i pieczętki osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
nr postępowania **CRZP/125/017/D/17**

Zamawiający:

Politechnika Gdańska
Wydział Oceanotechniki
i Okrętownictwa
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Wykonawca:

.....

.....

(nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 *Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.*

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę przyrządów pomiarowych wraz z akcesoriami dla Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej**, prowadzonego przez Politechnikę Gdańską, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 *ustawy Prawo zamówień publicznych*.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 *ustawy Prawo zamówień publicznych*.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. *ustawy Prawo zamówień publicznych* (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 *ustawy Prawo zamówień publicznych*). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 *ustawy Prawo zamówień publicznych* podjąłem następujące środki naprawcze:

1.

.....
.....
.....
.....

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU NA, KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM NA, KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

1.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (*miejsowość*), dnia r.

.....

(*podpis*)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

.....
(miejscowość i data)

nr postępowania ZP/125/017/D/17

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 24 ust. 11 *Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.*

Prawo zamówień publicznych

**DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę przyrządów pomiarowych wraz z akcesoriami dla Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej**, prowadzonego przez Politechnikę Gdańską, oświadczam, co następuje:

- Nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 *ustawy Prawo zamówień publicznych*, z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu;**
- Należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 *ustawy Prawo zamówień publicznych*, z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.**

1.
2.
3.

Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

.....
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

UWAGA:

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wypełnione oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłóceń konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

.....
**Właściwe zaznaczyć

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyrządów pomiarowych wraz z akcesoriami dla Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.
2. Zamówienie jest udzielane w ramach 3 części:

2.1 część 1 – dostawa przystawki oscyloskopowej na USB, aktywnej sondy różnicowej do oscyloskopu, 2 szt. zasilaczy laboratoryjnych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przystawki oscyloskopowej na USB

(1 szt.) wraz z akcesoriami, aktywnej sondy różnicowej do oscyloskopu oraz 2 zasilaczy laboratoryjnych regulowanych dla Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, o następujących parametrach:

1. Przystawka oscyloskopowa na USB z akcesoriami
 - minimalne wyposażenie: (sonda oscyloskopowa, zasilacz lub zasilanie z USB, kabel USB, przewód do analizatora stanów logicznych, chwytaki pomiarowe min. 16 szt.)
 - interfejs USB
 - praca na systemie operacyjnym Windows 7/8/10
 - min. 2 kanały analogowe
 - min. 16 kanałowy analizator stanów logicznych
 - pasmo min. 60 MHz
 - próbkowanie min. 200 MSa/s
 - wbudowany generator
 - wbudowany analizator widma
2. Aktywna sonda różnicowa do oscyloskopu
 - pasmo min. 50 MHz
 - maksymalne napięcie wejściowe min. 6,5 kV
 - impedancja wejściowa 54MΩ
 - przełączany dzielnik 100:1/200:1/500:1/1000:1
3. Zasilacz laboratoryjny regulowany -1
 - **min. 2 kanały** (każdy kanał 0-60V i 0-5A)
 - płynna regulacja napięcia i prądu
 - praca w trybie stabilizacji napięcia wyjściowego CV lub prądu obciążenia CC (przełączane automatycznie)
 - zabezpieczenie przed zwarciami i przeciążeniami
 - praca równoległa (Wy1+Wy2) 0-60V, 0-10A
 - praca szeregowo (Wy1+Wy2) 0-120V, 0-5A
 - odczyt napięcia i prądu na wyświetlaczu cyfrowym
 - napięcie zasilania 230VAC
4. Zasilacz laboratoryjny regulowany -2
 - **min. 2 kanały** (każdy kanał 0-30V i 0-10A)
 - płynna regulacja napięcia i prądu
 - praca w trybie stabilizacji napięcia wyjściowego CV lub prądu obciążenia CC (przełączane automatycznie)
 - zabezpieczenie przed zwarciami i przeciążeniami
 - praca równoległa (Wy1+Wy2) 0-30V, 0-20A

1.

- praca szeregową (Wy1+Wy2) 0-60V, 0-10A
- odczyt napięcia i prądu na wyświetlaczu cyfrowym
- napięcie zasilania 230VAC

2.2 część 2 – dostawa 9 multimetrów, 4 kompletów sondy pomiarowej, 1 komplet przewody męsko-męskie 10 cm kolorowe – 50 szt., 1 komplet przewody męsko-męskie 30 cm kolorowe – 50 szt., 1 komplet przewody żeńsko-męskie 30 cm kolorowe – 50 szt., 1 komplet przewodów wtyk męski z haczykami – 5szt. płytki stykowa 830 otworów 4 szt., oscyloskop cyfrowy szt. 1., programowalny miernik częstotliwości/licznik (kolor wyświetlacza czerwony) 2 szt.

1. multimetr;

Napięcie stałe DC	600 mV / 6 V / 60 V / 600 V
Napięcie zmienne AC	6 V / 60 V / 600 V
Prąd stały DC	600 μ A / 6 mA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A
Prąd zmienny AC	600 μ A / 6 mA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A
Rezystancja	600 Ω / 6 k Ω / 60 k Ω / 600 k Ω / 6 M Ω / 60 M Ω
Pojemność	9,999 nF / 99,99 nF / 999,9 nF / 99,99 μ F / 999,9 μ F / 9,999 mF / 99,99 mF
Indukcyjność	nie
Częstotliwość	od 10 Hz do 10 MHz
Temperatura	od -40 °C do 1000 °C
Automatyczny dobór zakresu	tak
Stan czuwania	nie
Sygnalizator dźwiękowy	tak
Tester tranzystorów	nie
Tester diod	tak
Tester baterii	nie
Funkcja Data Hold	tak
Wskaźnik baterii	tak
Podświetlenie	tak
Wyświetlacz	LCD
Zasilanie	bateria 2 x 1,5 V AA w zestawie

wyposażenie:

- Przewody pomiarowe
- Sonda do pomiaru temperatury
- Baterie: 2x AA 1,5 V (paluszki)
- Instrukcja

2. Przewody - sondy pomiarowe krokodylki 3 szt. (4 komplety)

Trzy przewody do mierników zakończone z jednej strony wtykami bananowymi, z drugiej złączami typu krokodyl. Długość przewodów to 85 cm



1.

3. Przewody połączeniowe męsko-męskie 10cm kolorowe (1 komplet - 50szt.)
Zestaw 10 przewodów połączeniowych o długości 10 cm. w różnych kolorach.

Przewody do łączenia pól na płytkach stykowych i zestawach uruchomieniowych (np. Arduino, STM32Discovery).



4. Przewody połączeniowe męsko-męskie 30cm kolorowe (1 komplet - 50szt.)

Przewody doskonale nadają się do łączenia pól na płytkach stykowych i zestawach uruchomieniowych (np. Arduino, STM32Discovery). Długość przewodu 30cm.

W zestawie:

- 10szt przewodów czerwonych
- 10szt przewodów zielonych
- 10szt przewodów żółtych
- 10szt przewodów niebieskich
- 10szt przewodów czarnych.



5. Przewody połączeniowe żeńsko-męskie 30cm kolorowe (1 komplet - 50szt.)

Przewody doskonale nadają się do łączenia pól na płytkach stykowych i zestawach uruchomieniowych (np. Arduino, STM32Discovery). Długość przewodu 30cm.

W zestawie:

- 10 szt. przewodów czerwonych
- 10 szt. przewodów zielonych
- 10 szt. przewodów żółtych
- 10 szt. przewodów niebieskich
- 10 szt. przewodów czarnych

1.



6. Zestaw przewodów wtyk męski z haczykami 1 komplet

Zestaw 5 przewodów w różnych kolorach (zielonym, żółtym, czerwonym, niebieskim, czarnym) o długości 25 cm zakończonych z jednej strony wtykiem męskim, z drugiej haczykiem.


Przewody można łączyć z polami na płytkach stykowych lub złączami modułów Arduino.



7. Płytkę stykową 830 otworów o następujących parametrach: 4 komplety

Płytkę stykową wykorzystywaną do tworzenia i testowania układów elektronicznych bez potrzeby lutowania. Wersja z 830 polami, o wymiarach 165 x 53 mm.

Paski (niebieski i czerwony) oznaczające polaryzację zasilania.



8. Oscyloskop o następujących parametrach:

Parametry

- 2 kanały
- Pasmo: 25 MHz
- Częstotliwość próbkowania:
- w czasie rzeczywistym: 250 MS/s
- w czasie ekwiwalentnym: 250 MS/s
- Długość pamięci: 1024k na każdy kanał

1.

- Czulość: 2mV/div - 10V/div
- Dokładność: +/- (3% x odczyt + 0.1 div + 1mV)
- Impedancja wejściowa: 1M Ω +/-2% / 30pF +/-3pF
- Polaryzacja: normalna/odwrócona
- Napięcia wejściowe: max.400V (DC + ACpeak)
- Przetwarzanie sygnałów: + , - , transformata FFT
- Ogranicznik pasma: 25MHz
- Źródła wyzwalania: CH1, CH2, Line, EXT
- Podstawa czasu: 20ns/div - 50s/div
- Rodzaje wyzwalania: zboczem, impulsem, sygnałem video, naprzemienne, wyzwolenie wewnętrzne
- Samonastawność: TAK
- USB: TAK
- BNC: TAK
- Zasilanie: 100-240V AC RMS, 45-440 Hz, CAT II
- Pobór mocy: <30 VA
- Zakres temperatury pracy: 0stC - 40stC

W zestawie:

oscyloskop
instrukcja obsługi w języku angielskim i polskim
Kabel zasilający
2x sonda z przełącznikiem 1:1, 1:10
Kabel USB
oprogramowanie

9. Programowalny miernik częstotliwości/licznik o następujących parametrach

- pomiar częstotliwości, okresu, licznik "w górę", licznik "w dół"
- programowalny licznik "w dół" ze zmianą napięcia na złączu EX0 po dojściu do zera
- szybki dostęp do 8 niezależnie programowanych konfiguracji
- dwa programowalne przyciski umożliwiające w czasie pomiaru zmianę wybranych parametrów miernika np. zmianę pomiaru częstotliwości na pomiar okresu
- pomiar częstotliwości względnej, zarówno w trybie dodawania jak i odejmowania -
- pomiar częstotliwości względnej "natychmiastowy", częstotliwość mierzona staje się częstotliwością odniesienia
- prosta procedura kalibracji miernika
- cztery stopnie jasności świecenia wyświetlaczy, wyświetlacz w kolorze czerwonym
- podgląd siódmej, niewidocznej cyfry

Dane techniczne:

Ilość cyfr / wielkość wyświetlacza:	6 cyfr / 13mm LED 52MHz / TTL *
Częstotliwość maksymalna:	z MCW2 52 MHz kanał A 1000MHz kanał B 0.125Hz
Częstotliwość minimalna:	z MCW2** 1 Hz kanał A 45 MHz kanał B (preskaler) TTL / 1M Ω
Czulość / rezystancja wejściowa:	z MCW2** 150mVpp / 1M Ω kanał A 150mVpp / 50 Ω kanał B (preskaler)
Maksymalne napięcie wejściowe:	TTL (5Vpp)

1.

	z MCW2** 20mVpp kanał A
	1.2Vpp kanał B
Rozdzielczość pomiaru częstotliwości:	max. 0.00001 Hz
Rozdzielczość pomiaru okresu:	max. 0.0001 ns
Czas bramkowania:	0.2s; 0.35s; 0.55s; 0.75s; 1.00s lub 4.00s
Błąd pomiaru:	max. +/- 10ppm. (t = 22°C +/-10°C)
Licznik w górę:	do 999999
Licznik w dół - programowalny:	od 1 do 999999 dla 0 zmiana napięcia +5V/0V na EX0
Napięcie zasilania DC:	+8V + 20V (gniazdo 5.5 / 2.1mm + wewnątrz)
Prąd pobierany:	max. 60mA / 110mA dla 12V