



PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU I GENERALNĄ
DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W RAMACH WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
POLEGAJĄCEGO NA WSPARCIU BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH W OBSZARZE
DROGOWNICTWA



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ
I ŚRODOWISKA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA **po zmianie treści (2)**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

na dostawę sprzętu laboratoryjnego
dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
na potrzeby projektów realizowanych w ramach wspólnego przedsięwzięcia „RID”

oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP 12/WILiŚ/2017, CRZP 140/002/D/17

ZATWIERDZAM:

Dziekan
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde

Gdańsk dnia 1.08.2017r.

Umowa Nr DZP/RID-I-06/1/NCBR/2016 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach wspólnego przedsięwzięcia „RID” pt. „Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu”

Umowa Nr DZP/RID-I-25/2/NCBR/2016 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach wspólnego przedsięwzięcia „RID” pt. „Asfalty drogowe i modyfikowane w polskich warunkach klimatycznych”

Uwaga: zmiany w treści SIWZ zostały zaznaczone kolorem zielonym.

1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Politechnika Gdańska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
NIP 584-020-35-93
REGON 000001620

Postępowanie prowadzi

Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. (58) 347-24-19, fax (58) 347-24-13
Godziny pracy: 7⁰⁰-15⁰⁰ od poniedziałku do piątku.
Adres strony internetowej: <http://www.pg.edu.pl>, <http://www.dzp.pg.gda.pl>

2. Tryb udzielenia zamówienia.

- 2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.
- 2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
- 2.3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium Badań Drogowych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej: stanowiska do ważenia hydrostatycznego próbek, wag laboratoryjnych, przesiewacza w strumieniu powietrza oraz wyciskarki hydraulicznej. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu laboratoryjnego do siedziby zamawiającego, jego rozładunek, uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników w zakresie jego obsługi. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na cztery części: Część A - Stanowisko do ważenia hydrostatycznego, Część B – Wagi laboratoryjne, Część C – Przesiewacz w strumieniu powietrza i Część D – Wyciskarka do próbek Marshalla.
- 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
- 3.3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w niniejszej SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
- 3.4. Wspólny Słownik Zamówień:

Część A – Stanowisko do ważenia hydrostatycznego
Kod wg CPV 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Część B – Wagi laboratoryjne
Kod wg CPV 38310000-1 Wagi precyzyjne
Kod wg CPV 38311100-9 Elektroniczne wagi analityczne

Część C – Przesiewacz w strumieniu powietrza

Kod wg CPV 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Część D – Wyciskarka do próbek Marshalla

Kod wg CPV 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

3.5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części przedmiotu zamówienia.

3.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

4. Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie:

Część A – Stanowisko do ważenia hydrostatycznego – do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Część B – Wagi laboratoryjne – do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Część C – Przesiewacz w strumieniu powietrza - do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Część D – Wyciskarka do próbek Marshalla – do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Termin wykonania zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
- b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

5.2. Warunki udziału w postępowaniu.

5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
 - b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
 - c) zdolności technicznej lub zawodowej
- określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

5.2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

5.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- 5.2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 5.2.5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
- 5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu.
- 5.3.1. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ.
- 5.3.2. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ.
- 5.3.3. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ.
- 5.4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
- 1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
 - 2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
 - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
 - c) skarbowe,
 - d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
 - 3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, współlnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.4. ppkt 2 SIWZ;
 - 4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- 6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- 9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- 10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
- 11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.5. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza również wykonawcę:

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następującego dokumentu:

oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

6.2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. **Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.**

7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.

7.1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda:

- 1) wskazania w ofercie na część A, B, C i D przedmiotu zamówienia producenta, typu/modelu oferowanego sprzętu, umożliwiających zamawiającemu identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia i danych umożliwiających dokonanie oceny oferty na podstawie kryteriów ustalonych w SIWZ;
- 2) opisu oferowanego przedmiotu zamówienia, sporządzonego z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 6A-6D do SIWZ.

8. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.

8.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. **Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.**

8.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia.

8.3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

8.4. Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 8.1

8.5. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego.

- 8.6. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- 8.7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca albo wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 8.8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
- 8.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 8.10. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1. SIWZ albo oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 8.11. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 8.12. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- 9.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem postańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
- 9.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 9.3. W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy (numerem referencyjnym) określonym w SIWZ.

- 9.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny PG, Skrzydło B, parter, pok. 011.
- 9.5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: szp@wilis.pg.gda.pl, a faksem na nr (58) 347-24-13.
- 9.6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
- 9.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
- 9.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 9.7 niniejszej SIWZ.
- 9.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.
- 9.10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.
- 9.11. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
- a) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych jest: mgr inż. Cezary Szydłowski, faks 58 347-24-13 w dniach pn.- pt. w godz. 7⁰⁰-15⁰⁰; e-mail: szp@wilis.pg.gda.pl.
 - b) Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych są: mgr Alina Kryczka oraz Jolanta Zielińska, faks 58 347-24-13 w dniach pn.- pt. w godz. 7⁰⁰-15⁰⁰; e-mail: szp@wilis.pg.gda.pl.
- 9.12. Jednocześnie zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – zarówno z zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub osobisty w swojej siedzibie.

10. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

11. Termin związania ofertą.

- 11.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- 11.3. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

12. Opis sposobu przygotowywania ofert.

12.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

12.1.1 wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;

12.1.2 oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1 niniejszej SIWZ, sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ – **składane wraz z ofertą**;

12.1.3 opcjonalnie, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku wykonawców składających ofertę wspólną – **składane wraz z ofertą**;

12.1.4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ – **składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej** informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

12.1.5 Opis oferowanego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 7.1 ppkt. 2) SIWZ, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 6A, 6B, 6C, 6D do SIWZ - **składany na wezwanie zamawiającego**.

12.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

12.3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę (y) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

12.4. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.

12.5. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczoną notarialnie.

12.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

- 12.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 12.8. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- 12.9. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt. 9 niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
- 12.10. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.
- 12.11. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
- 12.12. Zaleca się, aby wykonawca zbroszował ofertę oraz ponumerował jej strony.
- 12.13. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
- 12.14. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
- 12.15. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na „**dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej na potrzeby projektów realizowanych w ramach wspólnego przedsięwzięcia „RID”**”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): **ZP 12/WILiŚ/2017, CRZP 140/002/D/17**.
Nie otwierać przed 9.08.2017 r. o godz. 12:15.

i być opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

- 12.16. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
- 12.17. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na „**dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej na potrzeby projektów realizowanych w ramach wspólnego przedsięwzięcia „RID”**”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): **ZP 12/WILiŚ/2017, CRZP 140/002/D/17**”. Nie otwierać przed 9.08.2017 r. o godz. 12:15.

i być opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

- 12.18. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na „**dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej na potrzeby projektów realizowanych w ramach wspólnego przedsięwzięcia „RID”**”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): **ZP 12/WILiŚ/2017, CRZP 140/002/D/17**”. Nie otwierać przed **9.08.2017 r. o godz. 12:15**.

i być opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.

- 12.19. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
- 12.20. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
- 12.21. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
- 12.22. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
- 12.23. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

13.1. Miejsce i termin składania ofert:

- a) miejsce składania ofert: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny PG, Skrzydło B, parter, pok.011,
- b) termin składania ofert: do dnia 9.08.2017 r., do godz. 12:00.

13.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

13.3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt. 13.1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

13.4. Miejsce i termin otwarcia ofert:

- a) miejsce otwarcia ofert: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny PG, Skrzydło B, parter, pok.011,
- b) termin otwarcia ofert: w dniu 9.08.2017 r. o godz. 12:15.

13.5. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia, a wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej złożenia.

13.6. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.

13.7. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

14. Opis sposobu obliczenia ceny.

14.1. Wykonawca określa cenę za realizację każdej części zamówienia w formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

14.2. Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.).

14.3. Cena ofertowa brutto za realizację każdej części zamówienia musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.

14.4. Cenę należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

- 14.5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
- 14.6. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
- 14.7. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru/ usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Informację, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp należy zamieścić w ofercie.
- 14.8. Koszty poniesione przez wykonawcę a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez zamawiającego dodatkowo rozliczane.
- 14.9. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.
- 14.10. Cena określona w ofercie obowiązuje przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.
- 14.11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.
- 15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**
- 15.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
- Część A – Stanowisko do ważenia hydrostatycznego - cena oferty brutto, gwarancja i termin dostawy.
- Część B – Wagi laboratoryjne - cena oferty brutto, gwarancja i termin dostawy.
- Część C – Przesiewacz w strumieniu powietrza - cena oferty brutto, gwarancja i termin dostawy
- Część D – Wyciskarka do próbek Marshalla - cena oferty brutto, gwarancja i termin dostawy
- 15.2. Powyższym kryteriom zamawiający przypisał następujące znaczenie
- Część A – Stanowisko do ważenia hydrostatycznego
- 1) Cena oferty brutto – 60 pkt.
 - 2) Gwarancja – 30 pkt.
 - 3) Termin dostawy – 10 pkt.
- Część B – Wagi laboratoryjne
- 1) Cena oferty brutto – 60 pkt.
 - 2) Gwarancja – 30 pkt.
 - 3) Termin dostawy – 10 pkt.

Część C – Przesiewacz w strumieniu powietrza

- 1) Cena oferty brutto – 60 pkt.
- 2) Gwarancja – 30 pkt.
- 3) Termin dostawy – 10 pkt.

Część D – Wyciskarka do próbek Marshalla

- 1) Cena oferty brutto – 60 pkt.
- 2) Gwarancja – 30 pkt.
- 3) Termin dostawy – 10 pkt.

15.3. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

15.4. Sposób i zasady oceny ofert wg poszczególnych kryteriów

Część A – Stanowisko do ważenia hydrostatycznego

- 1) Kryterium: cena oferty brutto – 60 pkt.
 - a) Ocenie podlega cena całkowita brutto oferty w PLN.
 - b) Ofercie z najniższą ceną zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów – 60 pkt.
 - c) Pozostałym ofertom zamawiający przyzna punkty obliczone wg wzoru:

$$\frac{\text{Najniższa cena brutto spośród złożonych (ważnych) ofert w PLN}}{\text{Cena brutto ocenianej oferty w PLN}} \times 60 \text{ pkt.} = \text{liczba pkt przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena oferty brutto}$$

Obliczenia dokonywane będą przez zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- 2) Kryterium: gwarancja – 30 pkt.

Oceny ofert zamawiający dokona w oparciu o informacje wynikające z oferty wykonawcy.

Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie przeprowadzona wg następujących zasad:

Za udzielenie gwarancji w wymiarze 12 m-cy zamawiający przyzna 0 pkt.

Za udzielenie gwarancji w wymiarze 24 m-cy zamawiający przyzna 10 pkt.

Za udzielenie gwarancji w wymiarze 36 m-cy i więcej zamawiający przyzna 30 pkt.

- 3) Kryterium: termin dostawy – 10 pkt.

Oceny ofert zamawiający dokona w oparciu o informacje wynikające z oferty wykonawcy.

Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie przeprowadzona wg następujących zasad:

Ofercie z terminem dostawy do 6 tygodni zamawiający przyzna 0 pkt.

Ofercie z terminem dostawy do 4 tygodni zamawiający przyzna 5 pkt.

Ofercie z terminem dostawy do 2 tygodni zamawiający przyzna 10 pkt.

Część B – Wagi laboratoryjne

- 1) Kryterium: cena oferty brutto – 60 pkt.
 - a) Ocenie podlega cena całkowita brutto oferty w PLN.
 - b) Ofercie z najniższą ceną zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów – 60 pkt.
 - c) Pozostałym ofertom zamawiający przyzna punkty obliczone wg wzoru:

$$\frac{\text{Najniższa cena brutto spośród złożonych (ważnych) ofert w PLN}}{\text{Cena brutto ocenianej oferty w PLN}} \times 60 \text{ pkt.} = \text{liczba pkt przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena oferty brutto}$$

Obliczenia dokonywane będą przez zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- 2) Kryterium: gwarancja – 30 pkt.

Oceny ofert zamawiający dokona w oparciu o informacje wynikające z oferty wykonawcy.

Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie przeprowadzona wg następujących zasad:

Za udzielenie gwarancji w wymiarze 12 m-cy zamawiający przyzna 0 pkt.

Za udzielenie gwarancji w wymiarze 24 m-cy zamawiający przyzna 10 pkt.

Za udzielenie gwarancji w wymiarze 36 m-cy i więcej zamawiający przyzna 30 pkt.

- 3) Kryterium: termin dostawy – 10 pkt.

Oceny ofert zamawiający dokona w oparciu o informacje wynikające z oferty wykonawcy.

Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie przeprowadzona wg następujących zasad:

Ofercie z terminem dostawy do 4 tygodni zamawiający przyzna 0 pkt.

Ofercie z terminem dostawy do 2 tygodni zamawiający przyzna 10 pkt.

Część C – Przesiewacz w strumieniu powietrza

- 1) Kryterium: cena oferty brutto – 60 pkt.
 - a) Ocenie podlega cena całkowita brutto oferty w PLN.
 - b) Ofercie z najniższą ceną zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów – 60 pkt.
 - c) Pozostałym ofertom zamawiający przyzna punkty obliczone wg wzoru:

$$\frac{\text{Najniższa cena brutto spośród złożonych (ważnych) ofert w PLN}}{\text{Cena brutto ocenianej oferty w PLN}} \times 60 \text{ pkt.} = \text{liczba pkt przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena oferty brutto}$$

Obliczenia dokonywane będą przez zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2) Kryterium: gwarancja – 30 pkt.

Oceny ofert zamawiający dokona w oparciu o informacje wynikające z oferty wykonawcy.

Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie przeprowadzona wg następujących zasad:

Za udzielenie gwarancji w wymiarze 12 m-cy zamawiający przyzna 0 pkt.

Za udzielenie gwarancji w wymiarze 24 m-cy zamawiający przyzna 10 pkt.

Za udzielenie gwarancji w wymiarze 36 m-cy i więcej zamawiający przyzna 30 pkt.

4) Kryterium: termin dostawy – 10 pkt.

Oceny ofert zamawiający dokona w oparciu o informacje wynikające z oferty wykonawcy.

Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie przeprowadzona wg następujących zasad:

Ofercie z terminem dostawy do 6 tygodni zamawiający przyzna 0 pkt.

Ofercie z terminem dostawy do 4 tygodni zamawiający przyzna 5 pkt.

Ofercie z terminem dostawy do 2 tygodni zamawiający przyzna 10 pkt.

Część D – Wyciskarka do próbek Marshalla

1) Kryterium: cena oferty brutto – 60 pkt.

a) Ocenie podlega cena całkowita brutto oferty w PLN.

b) Ofercie z najniższą ceną zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów – 60 pkt.

c) Pozostałym ofertom zamawiający przyzna punkty obliczone wg wzoru:

$$\frac{\text{Najniższa cena brutto spośród złożonych (ważnych) ofert w PLN}}{\text{Cena brutto ocenianej oferty w PLN}} \times 60 \text{ pkt.} = \text{liczba pkt przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena oferty brutto}$$

Obliczenia dokonywane będą przez zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2) Kryterium: gwarancja – 30 pkt.

Oceny ofert zamawiający dokona w oparciu o informacje wynikające z oferty wykonawcy.

Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie przeprowadzona wg następujących zasad:

Za udzielenie gwarancji w wymiarze 12 m-cy zamawiający przyzna 0 pkt.

Za udzielenie gwarancji w wymiarze 24 m-cy zamawiający przyzna 10 pkt.

Za udzielenie gwarancji w wymiarze 36 m-cy i więcej zamawiający przyzna 30 pkt.

3) Kryterium: termin dostawy – 10 pkt.

Oceny ofert zamawiający dokona w oparciu o informacje wynikające z oferty wykonawcy.

Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie przeprowadzona wg następujących zasad:

Ofercie z terminem dostawy do 8 tygodni zamawiający przyzna 0 pkt.

Ofercie z terminem dostawy do 6 tygodni zamawiający przyzna 5 pkt.

Ofercie z terminem dostawy do 4 tygodni zamawiający przyzna 10 pkt.

- 15.5. Zamawiający dokona zsumowania punktów przyznanych w kryteriach cena oferty brutto, gwarancja i termin dostawy dla danej części zamówienia. Maksymalnie oferta może uzyskać w każdej z części 100 pkt.
- 15.6. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp i SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.
- 15.7. W przypadku gdy nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
- 15.8. Jeżeli wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
- 15.9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- 16.1. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
- 16.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
- 16.3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru zamawiającego.
- 16.4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacom.
- 16.5. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

18.1 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- 1) Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego **stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.**
- 2) Akceptacja treści umowy odbywa się przez złożenie oświadczenia na formularzu oferty.
- 3) Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, do podpisania umowy zgodnej z zaakceptowanym wzorem, w terminie i miejscu określonym przez zamawiającego.

18.2 Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Zamawiający w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, określając jednocześnie warunki ich wprowadzenia:

- 1) W przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany w tym zakresie.
- 2) Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustalony w umowie może ulec zmianie w przypadku działania siły wyższej (klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą zamawiającego lub wykonawcy), w przypadku, gdy spowoduje ona przesunięcie terminu wykonania umowy przez wykonawcę o co najmniej 7 dni i pod warunkiem, że ma ona wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy. W wyżej wymienionych okolicznościach Strony ustalą nowe terminy umowne, z tym że zakres zmiany terminu musi być proporcjonalny do przyczyny jaka ją spowodowała.

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Podmiotom, o których mowa w art. 179 ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

20. Informacje dodatkowe

20.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

20.2 Zamawiający nie przewiduje:

- 1) zawarcia umowy ramowej;

- 2) udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp;
- 3) rozliczenia w walutach obcych;
- 4) przeprowadzenia aukcji elektronicznej;
- 5) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
- 6) składania ofert w postaci elektronicznej.

20.4 Zamawiający informuje, iż nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

21. Integralną część SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 –	Formularz oferty.
Załącznik nr 2 –	Wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Załącznik nr 3 –	Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Załącznik nr 4 –	Wzór umowy
Załącznik nr 5 -	Opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 6A -	Wzór opisu oferowanego przedmiotu zamówienia w części A
Załącznik nr 6B -	Wzór opisu oferowanego przedmiotu zamówienia w części B
Załącznik nr 6C -	Wzór opisu oferowanego przedmiotu zamówienia w części C
Załącznik nr 6D -	Wzór opisu oferowanego przedmiotu zamówienia w części D

.....
(pieczęć wykonawcy)

....., dnia 2017r.

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
ZP 12/WILiŚ/2017, CRZP 140/002/D/17

OFERTA

**Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro na:

dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej na potrzeby projektów realizowanych w ramach wspólnego przedsięwzięcia „RID”

Ja/My niżej podpisany(i):

imię nazwisko

imię nazwisko

działający w imieniu i na rzecz:

Pełna nazwa :	
e-mail:	
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: TAK*, NIE*	
Adres:	
REGON:	NIP:
Nr telefonu:	Nr faksu (jeśli wykonawca posiada):
Nazwa banku:	Nr rachunku bankowego:

Oferuję(emy) realizację przedmiotu zamówienia w następujących częściach (należy wypełnić tylko oferowane):

Część A – Stanowisko do ważenia hydrostatycznego

.....
(producent, typ/model)

zgodnie z zapisami SIWZ za cenę:

brutto: zł.

słownie złotych: (.....)

zawierającą podatek VAT wg stawki 23% zł

Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w SIWZ.

Informacja dotycząca powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego (wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy dotyczy wykonawcy)

Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję (-emy), że:

wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 710, z późn. zm.) w niżej wymienionym zakresie:*

.....
(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego)

Wartość towarów lub usług wskazanych powyżej, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego (wartość bez kwoty podatku):

..... zł.

(słownie złotych:)

W przypadku, gdy wykonawca nie poinformuje zamawiającego jednoznacznie, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający uzna, iż wybór jego oferty nie będzie prowadził do takiego obowiązku)

Część B – Wagi laboratoryjne

zgodnie z zapisami SIWZ za cenę:

brutto: zł.

słownie złotych: (.....)

zawierającą podatek VAT wg stawki 23% zł, w tym:

Lp.	Nazwa	Producent, typ/ model	Liczba	Cena jednostkowa brutto zł	Wartość brutto zł
1.	Waga precyzyjna typ 1		2 szt.		
2.	Waga analityczna typ 2		1 szt.		
3.	Waga precyzyjna typ 3		2 szt.		
Łącznie:					

Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w SIWZ.

Informacja dotycząca powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego (wypełnić wyłącznie
w przypadku, gdy dotyczy wykonawcy)

Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję (-emy), że:

wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 710, z późn. zm.) w niżej wymienionym zakresie:*

.....
(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego)

Wartość towarów lub usług wskazanych powyżej, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego (wartość bez kwoty podatku):

..... zł.

(słownie złotych:)

W przypadku, gdy wykonawca nie poinformuje zamawiającego jednoznacznie, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający uzna, iż wybór jego oferty nie będzie prowadził do takiego obowiązku)

Część C – Przesiewacz w strumieniu powietrza

.....
(producent, typ/model)

zgodnie z zapisami SIWZ za cenę:

brutto: zł.

słownie złotych: (.....)

zawierającą podatek VAT wg stawki 23% zł

Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w SIWZ.

Informacja dotycząca powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego (wypełnić wyłącznie
w przypadku, gdy dotyczy wykonawcy)

Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję (-emy), że:

wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 710, z późn. zm.) w niżej wymienionym zakresie:*

.....
(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego)

Wartość towarów lub usług wskazanych powyżej, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego (wartość bez kwoty podatku):

..... zł.

(słownie złotych:)

W przypadku, gdy wykonawca nie poinformuje zamawiającego jednoznacznie, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający uzna, iż wybór jego oferty nie będzie prowadził do takiego obowiązku)

Część D – Wyciskarka do próbek Marshalla

.....
(producent, typ/model)

zgodnie z zapisami SIWZ za cenę:

brutto: zł.

słownie złotych: (.....)

zawierającą podatek VAT wg stawki 23% zł

Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w SIWZ.

Informacja dotycząca powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego (wypełnić wyłącznie
w przypadku, gdy dotyczy wykonawcy)

Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję (-emy), że:

wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 710, z późn. zm.) w niżej wymienionym zakresie:*

.....
(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego)

Wartość towarów lub usług wskazanych powyżej, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego (wartość bez kwoty podatku):

..... zł.

(słownie złotych:)

W przypadku, gdy wykonawca nie poinformuje zamawiającego jednoznacznie, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający uzna, iż wybór jego oferty nie będzie prowadził do takiego obowiązku)

1. **Oświadczam(y)**, że cena oferty obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, określone w SIWZ.
Wszystkie inne koszty jakie poniesiemy przy realizacji zamówienia a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą obciążały zamawiającego.
2. **Oświadczam(y)**, że oferowany przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i nie będzie przedmiotem praw osób trzecich.

3. **Oświadczam(y)**, że wykonamy zamówienie w terminie:

Część A – Stanowisko do ważenia hydrostatycznego

do 6*, 4*, 2* tygodni od dnia zawarcia umowy.

(W przypadku, gdy wykonawca nie określi jednoznacznie terminu wykonania zamówienia, zamawiający uzna, iż zaoferował wykonanie zamówienia w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy).

Część B – Wagi laboratoryjne

do 4*, 2* tygodni od dnia zawarcia umowy.

(W przypadku, gdy wykonawca nie określi jednoznacznie terminu wykonania zamówienia, zamawiający uzna, iż zaoferował wykonanie zamówienia w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy).

Część C – Przesiewacz w strumieniu powietrza

do 6*, 4*, 2* tygodni od dnia zawarcia umowy.

(W przypadku, gdy wykonawca nie określi jednoznacznie terminu wykonania zamówienia, zamawiający uzna, iż zaoferował wykonanie zamówienia w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy).

Część D – Wyciskarka do próbek Marshalla

do 8*, 6*, 4* tygodni od dnia zawarcia umowy.

(W przypadku, gdy wykonawca nie określi jednoznacznie terminu wykonania zamówienia, zamawiający uzna, iż zaoferował wykonanie zamówienia w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy).

4. **Oświadczam(y)**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
5. **Oświadczam(y)**, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, której wzór stanowił załącznik nr 4 do SIWZ. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.

Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy będzie:

Pan/Pani:

tel.:, faks:, e-mail:

6. **Oświadczam(y)**, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

7. **Oświadczam(y)**, że udzielam(y) gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia:

W części A – Stanowisko do ważenia hydrostatycznego

w wymiarze 12 m-cy*, 24 m-cy*, 36 m-cy*

(W przypadku, gdy wykonawca nie określi jednoznacznie wymiaru udzielonej gwarancji, zamawiający uzna, iż zaoferował udzielenie gwarancji w wymiarze 12 m-cy).

Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

Punkt serwisowy, który będzie realizował nasze zobowiązania gwarancyjne wobec zamawiającego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ

.....

.....
(należy wskazać dokładną nazwę i adres punktu serwisowego, nr telefonu, faksu, godziny pracy, itp. dane)

Naprawy gwarancyjne należy zgłaszać e-mailem na adres:

W części B – Wagi laboratoryjne

w wymiarze 12 m-cy*, 24 m-cy*, 36 m-cy*

(W przypadku, gdy wykonawca nie określi jednoznacznie wymiaru udzielonej gwarancji, zamawiający uzna, iż zaoferował udzielenie gwarancji w wymiarze 12 m-cy).

Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

Punkt serwisowy, który będzie realizował nasze zobowiązania gwarancyjne wobec zamawiającego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ

.....

.....
(należy wskazać dokładną nazwę i adres punktu serwisowego, nr telefonu, faksu, godziny pracy, itp. dane)

Naprawy gwarancyjne należy zgłaszać e-mailem na adres:

W części C – Przesiewacz w strumieniu powietrza

w wymiarze 12 m-cy*, 24 m-cy*, 36 m-cy*

(W przypadku, gdy wykonawca nie określi jednoznacznie wymiaru udzielonej gwarancji, zamawiający uzna, iż zaoferował udzielenie gwarancji w wymiarze 12 m-cy).

Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

Punkt serwisowy, który będzie realizował nasze zobowiązania gwarancyjne wobec zamawiającego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ

.....
.....
(należy wskazać dokładną nazwę i adres punktu serwisowego, nr telefonu, faksu, godziny pracy, itp. dane)

Naprawy gwarancyjne należy zgłaszać e-mailem na adres:

W części D – Wyciskarka do próbek Marshalla

w wymiarze 12 m-cy*, 24 m-cy*, 36 m-cy*

(W przypadku, gdy wykonawca nie określi jednoznacznie wymiaru udzielonej gwarancji, zamawiający uzna, iż zaoferował udzielenie gwarancji w wymiarze 12 m-cy).

Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

Punkt serwisowy, który będzie realizował nasze zobowiązania gwarancyjne wobec zamawiającego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ

.....
.....
(należy wskazać dokładną nazwę i adres punktu serwisowego, nr telefonu, faksu, godziny pracy, itp. dane)

Naprawy gwarancyjne należy zgłaszać e-mailem na adres:

8. **Akceptuję(emy)** warunki gwarancji określone przez zamawiającego w SIWZ i paragrafie 4 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
9. **Uważam(y) się** za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.
10. **Akceptuję(emy)** warunki płatności zawarte we wzorze umowy.
11. **Oświadczam(y)**, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr:, które nie mogą być udostępniane*.
Do oferty załączamy uzasadnienie zastrzeżenia przez nas informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa* (jeżeli dotyczy).
12. **Oświadczenie w zakresie podwykonawstwa** (wypełnić, jeżeli dotyczy)

Część A – Stanowisko do ważenia hydrostatycznego

Oświadczamy, że wykonanie zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie (należy wskazać części zamówienia i firmy (nazwy) podwykonawców):

.....
.....

Część B – Wagi laboratoryjne

Oświadczamy, że wykonanie zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie (należy wskazać części zamówienia i firmy (nazwy) podwykonawców):

.....
.....
.....

Część C – Przesiewacz w strumieniu powietrza

Oświadczamy, że wykonanie zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie (należy wskazać części zamówienia i firmy (nazwy) podwykonawców):

.....
.....
.....

Część D – Wyciskarka do próbek Marshalla

Oświadczamy, że wykonanie zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie (należy wskazać części zamówienia i firmy (nazwy) podwykonawców):

.....
.....
.....

13. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (wypełnić, jeżeli dotyczy)

Jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczamy, że dla potrzeb niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, ustanowiliśmy

pełnomocnika, którym jest

14. Jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiegokolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast powiadomimy o nich zamawiającego.

15. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

17. Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach.

* niepotrzebne skreślić

(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

....., dnia 2017r.
(pieczęć wykonawcy)

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
ZP 12/WILiŚ/2017, CRZP 140/002/D/17

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),
zwanej dalej ustawą Pzp

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej na potrzeby projektów realizowanych w ramach wspólnego przedsięwzięcia „RID”*, prowadzonego przez Politechnikę Gdańską, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp .

..... (miejsowość), dnia r.

(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....

..... (miejsowość), dnia r.

(podpis i pieczętka osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

(podpis i pieczętka osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

(podpis i pieczętka osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

.....
(pieczęć wykonawcy)

....., dnia 2017r.

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
ZP 12/WILiŚ/2017, CRZP 140/002/D/17

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),
zwanej dalej ustawą Pzp

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej na potrzeby projektów realizowanych w ramach wspólnego przedsięwzięcia „RID”*, prowadzonego przez Politechnikę Gdańską, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, oświadczam, co następuje:

- Nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*.
- Należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*:

1)

2)

3)

4)

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przedkładam następujące środki dowodowe:

.....
.....
.....
.....
.....

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Uwaga!

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp., **w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej** informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
ZP 12/WILiŚ/2017, CRZP 140/002/D/17

WZÓR
UMOWA DOSTAWY
Nr ZP 12/WILiŚ/2017, CRZP 140/002/D/17/A*,B*,C*, D*

zawarta w dniu ... 2017 roku

pomiędzy:

Politechniką Gdańską, Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska z siedzibą w 80-233 Gdańsk,
 ul. Narutowicza 11/12, NIP 584-020-35-93, REGON 000001620

reprezentowaną przez:

....., działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej

zwaną w dalszej treści umowy „**Zamawiającym**”

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

.....,
 z siedzibą w przy ulicy, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
 przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
 Sądowego pod numerem KRSNIP REGON:.....

reprezentowanym przez:

1.
2.

albo (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEiLDG)

Imię i nazwisko, działającym pod firmą,
 z siedzibą w przy ulicy, wpisanym do Centralnej
 Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP, REGON

zwanym w dalszej treści umowy „**Wykonawcą**”,

który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro, na podstawie ustawy
 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.),
 zwanej dalej ustawą Pzp.

Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy informacje są zgodne
 z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa stanowiska do ważenia hydrostatycznego*/ wag laboratoryjnych*/ przesiewacza w strumieniu powietrza*/ wyciskarki do próbek Marshalla* na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia oraz w ofercie z dnia złożonej przez Wykonawcę, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy i będącymi jej integralną częścią.
2. Przedmiot umowy obejmuje jego dostawę do siedziby Zamawiającego, wniesienie i rozładunek, uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi.

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie nowy, wolny od wszelkich wad i nie będzie przedmiotem praw osób trzecich.

§ 2

TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI REALIZACJI UMOWY

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do tygodni (zgodnie z deklaracją wykonawcy wyrażoną w ofercie) od dnia zawarcia umowy.
2. Termin realizacji przedmiotu umowy liczony jest od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, bez uwag.
3. Miejsce realizacji przedmiotu umowy: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Laboratorium Badań Drogowych, Budynek nr 43.
4. Dostawa musi nastąpić w dni robocze Zamawiającego, w godzinach 8:30-14:30 po uprzednim zgłoszeniu z co najmniej 72-godzinny wyprzedzeniem na adres e-mail:
5. Wraz z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim, świadectwa wzorcowania PCA (dot. części B przedmiotu zamówienia) oraz kartę(y) gwarancyjną(e) potwierdzającą(e) udzielenie gwarancji oraz okres, na jaki została udzielona.
6. Nazwa, parametry techniczne oraz cena dostarczonego przedmiotu umowy, muszą być zgodne z ofertą Wykonawcy. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niespełniającego warunków zamówienia Zamawiający nie dokona jego odbioru.
7. W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcom, w zakresie wskazanym w ofercie, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za ich działania i zaniechania. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje także personel podwykonawcy oraz osoby, którymi się posługuje, lub którym wykonanie prac powierza.
8. Odbioru przedmiotu umowy pod względem zgodności z ofertą dokona upoważniony przez Zamawiającego pracownik:, spisując z Wykonawcą protokół zdawczo-odbiorczy. W przypadku uwag dotyczących realizacji przedmiotu umowy lub stwierdzonych wad przedmiotu umowy, strony ustalą sposób oraz termin usunięcia nieprawidłowości. Termin ten nie będzie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych. Wystąpienie powyższych okoliczności nie uchyła uprawnień Zamawiającego oraz konsekwencji Wykonawcy związanych z niedotrzymaniem terminów realizacji umowy określonych w § 2 ust. 1 umowy i odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych.
9. Osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanych z wykonaniem umowy jest
10. O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę zobowiązaną.

§ 3

CENA UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą z dnia złożoną przez Wykonawcę, ustala się cenę w kwocie:

brutto: zł

słownie złotych: (.....)

Powyższa cena obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu umowy.

2. Przedmiot umowy uważa się za zrealizowany, jeżeli zostanie odebrany protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez obie strony bez zastrzeżeń, w terminie określonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. Protokół ten będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.
3. Fakturę należy wystawić na: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 80-233 Gdańsk ul. Narutowicza 11/12. NIP 584-020-35-93.
4. Zapłata za fakturę nastąpi przelewem, w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
5. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§4

GWARANCJA I WARUNKI REALIZACJI UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU GWARANCJI I RĘKOJMI

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy w wymiarze m-cy, liczonych od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń (*zgodnie z deklaracją wykonawcy wynikającą z oferty*).
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach udzielonej gwarancji polegają albo na wymianie przedmiotu umowy na nowy wolny od wad, albo na jego naprawie, albo na zwrocie zapłaconej ceny.
3. Potrzeby napraw lub wymiany w okresie gwarancyjnym będą zgłaszane Wykonawcy przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, wskazaną w § 2 ust. 8, drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie Wykonawcy:
4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia drogą elektroniczną otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia potrzeby dokonania naprawy gwarancyjnej lub wymiany (zgłoszenie reklamacji).

Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania takiego zgłoszenia, Zamawiający będzie domniemywał, że dotarło ono do Wykonawcy, chyba, że udowodni on, że z przyczyn technicznych było to niemożliwe.

5. W zgłoszeniu reklamacyjnym Zamawiający zobowiązany jest wskazać oczekiwany przez niego sposób doprowadzenia do zgodności z umową wadliwego przedmiotu umowy (wymiana albo naprawa).
6. W razie żądania przez Zamawiającego naprawy Wykonawca (lub wskazany w ofercie punkt serwisowy) uprawniony będzie do oceny możliwości dokonania naprawy albo zasadności wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad.
7. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) przystąpienia do realizacji obowiązków gwarancyjnych w czasie nie dłuższym niż 72 godziny, liczone od dnia i godziny zgłoszenia reklamacyjnego przez Zamawiającego;
 - 2) wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad lub usunięcia wady w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego;
 - 3) usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty i godziny przystąpienia do usuwania usterki. Transport urządzenia „do” i „z” naprawy gwarancyjnej oraz ubezpieczenie w tym okresie nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy;
 - 4) jeżeli termin naprawy określony w pkt 3) powyżej nie może być dotrzymany z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (uzasadnienie przedstawione przez Wykonawcę na piśmie) czas naprawy gwarancyjnej może się wydłużyć, za zgodą Zamawiającego, maksymalnie do 30 dni kalendarzowych;

- 5) w przypadku niedopełnienia obowiązków gwarancyjnych w wymaganym terminie, Zamawiający może powierzyć naprawę osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy; koszty zastępczego usunięcia awarii, poniesione przez Zamawiającego obciążają Wykonawcę; wykonanie zastępcze nie powoduje utraty praw gwarancji i rękojmi po stronie Zamawiającego;
 - 6) gwarancja obejmuje bezpłatny dojazd, naprawę i części zamienne niezbędne do wykonania naprawy;
 - 7) zgłoszenie naprawy gwarancyjnej oraz czas jej trwania będą każdorazowo odnotowywane przez Wykonawcę w karcie gwarancyjnej i potwierdzane przez Zamawiającego;
 - 8) gwarancja zostanie automatycznie przedłużona o okres dokonanej naprawy gwarancyjnej.
8. Naprawy gwarancyjne będą dokonywane w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy lub w punkcie serwisowym, realizującym zobowiązania gwarancyjne Wykonawcy wobec Zamawiającego, wskazanym w ofercie.
 9. Zamawiający na wniosek Wykonawcy prześle urządzenie do naprawy gwarancyjnej, na adres wskazany przez Wykonawcę, na jego koszt.
 10. Po dokonaniu naprawy gwarancyjnej Wykonawca dostarczy urządzenie podlegające naprawie do Zamawiającego na swój koszt.
 11. Koszty transportu i ubezpieczenia oraz ryzyko utraty lub zniszczenia sprzętu w związku z dokonywaniem naprawy gwarancyjnej lub wymiany ponosi Wykonawca.
 12. Zniszczenie lub zagubienie karty gwarancyjnej nie spowoduje utraty gwarancji w przypadku, gdy Zamawiający udokumentuje w inny sposób istnienie zobowiązania Wykonawcy z tytułu gwarancji (faktura zakupu, protokół odbioru).
 13. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
 14. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi nie podlega żadnym ograniczeniom lub wyłączeniom.

§5 KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w zrealizowaniu dostawy przedmiotu umowy w wysokości 0,5% ceny określonej w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu realizacji przedmiotu umowy określonego § 2 ust. 1 niniejszej umowy do dnia realizacji włącznie;
2. Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, strona po której leżą przyczyny odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron powinno zostać złożone na piśmie w terminie 14 dni od daty powzięcia przez drugą stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Wykonawcy wszystkich dokumentów samochodu wydanych w związku z zawarciem umowy.
5. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych Zamawiający będzie dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej bez uprzedniego wezwania z przysługującej mu ceny.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej, a ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane wg prawa polskiego przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, z jakimi osoby trzecie mogą wystąpić przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem przez niego z praw należących do osób trzecich, a w szczególności z praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, wzorów przemysłowych lub znaków towarowych, jeżeli normalne korzystanie z przedmiotu umowy wymaga korzystania z tych praw. W przypadku ujawnienia się roszczeń osób trzecich Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne czynności i działania zabezpieczające Zamawiającego przed roszczeniami, stratami, kosztami lub innego rodzaju odpowiedzialnością wobec osób trzecich. W przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego strat, kosztów, wydatków lub konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca zobowiązany jest do ich pokrycia lub zwrotu w pełnej wysokości.
3. Przez dni robocze Zamawiającego strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego uprzedniej pisemnej zgody.
5. Strony wiążą inne warunki i postanowienia zawarte w ofercie z dnia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej na potrzeby projektów realizowanych w ramach wspólnego przedsięwzięcia „RID” z dnia
6. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
7. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1. Protokół zdawczo-odbiorczy
2. SIWZ
3. Oferta Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Akceptacja treści umowy odbywa się przez złożenie oświadczenia na formularzu oferty.

....., dnia

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
dotyczący przekazania przedmiotu umowy dostawy z dnia
Nr 12/WILiŚ/2017, CRZP 140/002/D/17/A*/B*/C*/D*

WYKONAWCA:	ZAMAWIAJĄCY:
(pieczętka Wykonawcy)	(pieczętka Zamawiającego)

Przedmiot umowy:

Stanowisko do ważenia hydrostatycznego*
Wagi laboratoryjne*
Przesiewacz w strumieniu powietrza*
Wyciskarka do próbek Marshalla*

.....
(producent, typ/ model, numer fabryczny itp.)

.....
(producent, typ/ model, numer fabryczny itp.)

Instrukcję obsługi, świadectwa wzorcowania PCA* (dotyczy części B) i kartę(y) gwarancyjną dostarczono.

Przedmiot umowy uruchomiony przez Wykonawcę w dniu 2017 r.

Zamawiający przyjmuje przedmiot umowy bez zastrzeżeń.*

Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu umowy:

.....
.....
.....
.....
.....

Termin usunięcia braków, wad lub usterek *

Braki, wady lub usterki wskazane w powyższym protokole usunięto w dniu r.

Zamawiający odbiera przedmiot umowy bez zastrzeżeń.

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

Przedstawiciel Wykonawcy:
(imię i nazwisko) (podpis)

Przedstawiciel Zamawiającego:
(imię i nazwisko) (podpis)

* niepotrzebne skreślić

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
ZP 12/WILiŚ/2017, CRZP 140/002/D/17

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium Badań Drogowych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, na potrzeby projektów realizowanych w ramach wspólnego przedsięwzięcia „RID” pt:
 - a) „Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu” – umowa Nr DZP/RID-I-06/1/NCBR/2016
 - b) „Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu” – umowa Nr DZP/RID-I-06/1/NCBR/2016
2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 części:

Część A – Stanowisko do ważenia hydrostatycznego
Część B – Wagi laboratoryjne
Część C – Przesiewacz w strumieniu powietrza
Część D – Wyciskarka do próbek Marshalla

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części przedmiotu zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje jego dostawę do siedziby Zamawiającego, wniesienie i rozładunek, uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi.
4. Przedmiot zamówienia musi być nowy, wolny od wszelkich wad i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
5. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim, świadectwa wzorcowania PCA (dot. części B przedmiotu zamówienia) oraz kartę(y) gwarancyjną(e) potwierdzającą(e) udzielenie gwarancji oraz okres, na jaki została udzielona.
6. Zamawiający zastrzega, że w przypadku użycia w opisach przedmiotu zamówienia odwołania do norm serii PN-EN należy odczytywać je wraz z wyrazami „lub równoważne” tym normom normy europejskie.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczne
 - a) Część A – Stanowisko do ważenia hydrostatycznego

Przedmiotem zamówienia jest stanowisko do ważenia hydrostatycznego wraz z wyposażeniem, pozwalające na wykonanie badania gęstości ciał stałych w cieczy.

Wymagane parametry techniczne

Lp.	Wymaganie	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji – specyfikacja techniczna
1.	Budowa stolika do ważenia	<ul style="list-style-type: none"> • Konstrukcja stalowa, • Elementy stalowe muszą być pokryte proszkową powłoką lakierniczą, • Stolik musi być wyposażony w zintegrowany pojemnik na wodę, • Stolik musi być wyposażony w podnośnik ręczny do ustawiania wysokości lustra wody, • Stolik musi być wyposażony w blat roboczy o szerokości i głębokości od 400 do 600 mm, • Blat roboczy musi znajdować się na wysokości od 900 do 1100 mm od powierzchni podłogi, • Blat roboczy musi posiadać otwór umożliwiając ustawienie wagi i podczenie ważonego ładunku od spodu wagi.
2.	Wyposażenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> • Uchwyt do ważenia próbek Marshalla o średnicy 100 mm – 2 sztuki, • Uchwyt do ważenia próbek Marshalla o średnicy 150 mm – 2 sztuki, • Uchwyt do ważenia kostek betonowych o boku 150 mm – 2 sztuki.

b) Część B – Wagi laboratoryjne

Przedmiotem zamówienia są wagi laboratoryjne.

Wymagane parametry techniczne

Lp.	Wymaganie	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji – specyfikacja techniczna
1.	Waga precyzyjna typ 1 – 2 sztuki	<ul style="list-style-type: none"> • Obciążenie maksymalne – od 8 do 10 kg • Dokładność pomiaru – minimum 0,1 g • Powtarzalność pomiarów – minimum 0,3 g • Liniowość pomiaru – minimum 0,3 g • Wymiary szalki – od 180 x 180 do 250 x 250 mm • Waga musi mieć możliwość ważenia podszalkowego • Waga musi mieć możliwość pracy na zasilaniu 230V oraz na wbudowanym akumulatorze, • Waga musi posiadać złącze RS232 do wymiany danych z komputerem, • Waga musi posiadać system automatycznej kalibracji wewnętrznej lub umożliwiać wykonanie kalibracji zewnętrznej • Szalka musi być wykonana ze stali nierdzewnej, • Waga musi być wyposażona w czytelny wyświetlacz LCD.
2.	Waga analityczna typ 2 – 1 sztuka	<ul style="list-style-type: none"> • Obciążenie maksymalne – od 300 do 500 g • Dokładność pomiaru – minimum 0,1 mg • Powtarzalność pomiarów – minimum 0,1 mg w zakresie do 220 g oraz minimum 0,2 mg w zakresie powyżej 220 g • Liniowość pomiaru – minimum 0,3 mg • Czas stabilizacji – maksymalnie 4 s • Wymiary szalki – szalka kołowa o średnicy od 80 do 100 mm • Waga musi posiadać złącze RS232 oraz USB do wymiany danych z komputerem, • Waga musi posiadać system automatycznej kalibracji wewnętrznej, • Szalka musi być wykonana ze stali nierdzewnej, • Szalka musi być obudowana otwieraną komorą na ważoną próbkę, • Waga musi być wyposażona w czytelny wyświetlacz LCD.

3.	Waga precyzyjna typ 3 – 2 sztuki	<ul style="list-style-type: none"> • Obciążenie maksymalne – od 30 do 40 kg • Dokładność pomiaru – minimum 0,5 g • Powtarzalność pomiarów – minimum 1,5 g • Liniowość pomiaru – minimum 1,5 g • Czas stabilizacji – maksymalnie 4 s • Wymiary szalki – od 300 x 300 do 400 x 400 mm • Waga musi mieć możliwość pracy na zasilaniu 230V oraz na wbudowanym akumulatorze, • Waga musi posiadać złącze RS232 do wymiany danych z komputerem, • Szalka musi być wykonana ze stali nierdzewnej, • Waga musi być wyposażona w czytelny wyświetlacz LCD.
----	----------------------------------	---

Wszystkie wagi muszą posiadać świadectwo wzorcowania PCA.

c) Część C -Przesiewacz w strumieniu powietrza

Przedmiotem zamówienia jest przesiewacz w strumieniu powietrza wraz z wyposażeniem.

Wymagane parametry techniczne

Lp.	Wymaganie	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji – specyfikacja techniczna
1.	Przesiewacz	<ul style="list-style-type: none"> • Przesiewacz musi spełniać wymagania normy PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych cząstek. Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza), • Przesiewacz musi umożliwiać wykonanie przesiewu w sposób pneumatyczny, • Przesiewacz musi być przystosowany do sit o średnicy 200mm, • Przesiewacz musi umożliwiać wykonanie badania na próbce o masie z zakresu od 10 do 100 g, • Ciśnienie robocze musi być regulowane w zakresie minimum od 0 do 10 kPa, • Przesiewacz musi mieć możliwość ustawienia czasu trwania badania przy pomocy regulatora elektronicznego.
2.	Wyposażenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> • Sito o średnicy 0,02 mm – 2 sztuki, • Sito o średnicy 0,063 mm – 2 sztuki, • Sito o średnicy 0,125 mm – 2 sztuki.

d) Część D – Wyciskarka do próbek Marshalla

Wymagane parametry techniczne

Lp.	Wymaganie	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji – specyfikacja techniczna
1.	Wyciskarka	<ul style="list-style-type: none"> • Wyciskarka musi mieć napęd elektro-hydrauliczny • Maksymalny nacisk minimum 50 kN, • Wyciskarka musi mieć budowę urządzenia wolnostojącego, przystosowanego do ustawienia na podłodze i umożliwiającego wyciskanie próbek w stojącej pozycji operatora, • Wyciskarka musi na bieżąco pokazywać siłę stosowaną podczas wyciskania próbki, • Zasilanie 230V lub 380V.
2.	Wyposażenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> • Akcesoria do wyciskania próbek Marshalla o średnicy 100 mm, • Akcesoria do wyciskania próbek Marshalla o średnicy 150 mm, • Akcesoria do wyciskania próbek Proctora o średnicy 100 mm, • Akcesoria do wyciskania próbek Proctora o średnicy 150 mm.

8. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

Część A – Stanowisko do ważenia hydrostatycznego

Kod wg CPV 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Część B – Wagi laboratoryjne

Kod wg CPV 38310000-1 Wagi precyzyjne

Kod wg CPV 38311100-9 Elektroniczne wagi analityczne

Część C – Przesiewacz w strumieniu powietrza

Kod wg CPV 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Część D – Wyciskarka do próbek Marshalla

Kod wg CPV 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
10. Zamawiający zastrzega, że wszelkie ryzyko do momentu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, ponosi Wykonawca.
11. Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze co najmniej:

Część A – Stanowisko do ważenia hydrostatycznego – 12 m-cy

Część B – Wagi laboratoryjne – 12 m-cy

Część C – Przesiewacz w strumieniu powietrza – 12 m-cy

Część D – Wyciskarka do próbek Marshalla – 12 m-cy

Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
ZP 12/WILiŚ/2017, CRZP 140/002/D/17

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
*pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki
 Gdańskiej na potrzeby projektów realizowanych w ramach wspólnego przedsięwzięcia „RID”,*
 przedkładam(y):

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część A – Stanowisko do ważenia hydrostatycznego

Producent	
Typ/Model	

Wymagane parametry techniczne	Informacja, czy oferowane stanowisko/wyposażenie dodatkowe spełnia wymagane parametry albo wartość parametru
Stolik do ważenia	
Konstrukcja stalowa	TAK*/NIE*
Elementy stalowe muszą być pokryte proszkową powłoką lakierniczą	TAK SĄ POKRYTE*/NIE SĄ POKRYTE*
Stolik musi być wyposażony w zintegrowany pojemnik na wodę	JEST WYPOSAŻONY */NIE JEST WYPOSAŻONY *
Stolik musi być wyposażony w podnośnik ręczny do ustawiania wysokości lustra wody	JEST WYPOSAŻONY */NIE JEST WYPOSAŻONY *
Stolik musi być wyposażony w blat roboczy o szerokości i głębokości od 400 do 600 mm	JEST WYPOSAŻONY w blat roboczy o szerokości i głębokości mm* /NIE JEST WYPOSAŻONY *
Blat roboczy musi znajdować się na wysokości od 900 do 1100 mm od powierzchni podłogi	Blat roboczy znajduje się na wysokości mm od powierzchni podłogi
Blat roboczy musi posiadać otwór umożliwiający ustawienie wagi i podczepienie ważonego ładunku od spodu wagi	TAK, POSIADA*/NIE, NIE POSIADA*

Wyposażenie dodatkowe	
Uchwyt do ważenia próbek Marshalla o średnicy 100 mm – 2 sztuki	TAK*/NIE*
Uchwyt do ważenia próbek Marshalla o średnicy 150 mm – 2 sztuki	TAK*/NIE*
Uchwyt do ważenia kostek betonowych o boku 150 mm – 2 sztuki	TAK*/NIE*

*niepotrzebne skreślić

 (podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych
 do reprezentowania wykonawcy)

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
ZP 12/WILiŚ/2017, CRZP 140/002/D/17

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego *pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej na potrzeby projektów realizowanych w ramach wspólnego przedsięwzięcia „RID”*, przedkładam(y):

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część B – Wagi laboratoryjne

Waga precyzyjna typ 1 – 2 sztuki	
Producent	
Typ/Model	
Oferowane wagi posiadają świadectwo wzorcowania PCA.	

Wymagane parametry techniczne	Informacja, czy oferowana waga spełnia wymagane parametry albo wartość parametru
Obciążenie maksymalne – od 8 do 10 kg	Obciążenie maksymalne – od do kg
Dokładność pomiaru – minimum 0,1 g	Dokładność pomiaru – g
Powtarzalność pomiarów – minimum 0,3 g	Powtarzalność pomiarów – g
Liniowość pomiaru – minimum 0,3 g	Liniowość pomiaru – minimum 0,3 g
Wymiary szalki – od 180 x 180 do 250 x 250 mm	Wymiary szalki – x mm
Waga musi mieć możliwość ważenia podszalkowego	MA MOŻLIWOŚĆ*/NIE MA MOŻLIWOŚCI*
Waga musi mieć możliwość pracy na zasilaniu 230V oraz na wbudowanym akumulatorze	MA MOŻLIWOŚĆ*/NIE MA MOŻLIWOŚCI*
Waga musi posiadać złącze RS232 do wymiany danych z komputerem	POSIADA*/NIE POSIADA*
Waga musi posiadać system automatycznej kalibracji wewnętrznej lub umożliwiać wykonanie kalibracji zewnętrznej	POSIADA*/NIE POSIADA* system(u) automatycznej kalibracji wewnętrznej* UMOŻLIWIA*/NIE UMOŻLIWIA* wykonanie(a) kalibracji zewnętrznej*
Szalka musi być wykonana ze stali nierdzewnej	JEST WYKONANA*/NIE JEST WYKONANA*

Waga musi być wyposażona w czytelny wyświetlacz LCD	JEST*/NIE JEST* WYPOSAŻONA
---	----------------------------

Waga analityczna typ 2 – 1 sztuka	
Producent	
Typ/Model	
Oferowana waga posiada świadectwo wzorcowania PCA.	

Wymagane parametry techniczne	Informacja, czy oferowana waga spełnia wymagane parametry albo wartość parametru
Obciążenie maksymalne – od 300 do 500 g	Obciążenie maksymalne – od do g
Dokładność pomiaru – minimum 0,1 mg	Dokładność pomiaru – mg
Powtarzalność pomiarów – minimum 0,1 mg w zakresie do 220 g oraz minimum 0,2 mg w zakresie powyżej 220 g	Powtarzalność pomiarów – mg w zakresie do 220 g oraz mg w zakresie powyżej 220 g
Liniowość pomiaru – minimum 0,3 mg	Liniowość pomiaru – mg
Czas stabilizacji – maksymalnie 4 s	Czas stabilizacji – s
Wymiary szalki – szalka kołowa o średnicy od 80 do 100 mm	Wymiary szalki – średnica mm
Waga musi posiadać złącze RS232 oraz USB do wymiany danych z komputerem	POSIADA*/NIE POSIADA*
Waga musi posiadać system automatycznej kalibracji wewnętrznej	POSIADA*/NIE POSIADA*
Szalka musi być wykonana ze stali nierdzewnej	JEST WYKONANA*/NIE JEST WYKONANA*
Szalka musi być obudowana otwieraną komorą na ważoną próbkę	JEST*/NIE JEST* OBUDOWANA*
Waga musi być wyposażona w czytelny wyświetlacz LCD.	JEST*/NIE JEST* WYPOSAŻONA

Waga precyzyjna typ 3 – 2 sztuki	
Producent	
Typ/Model	
Oferowane wagi posiadają świadectwo wzorcowania PCA.	

Wymagane parametry techniczne	Informacja, czy oferowana waga spełnia wymagane parametry albo wartość parametru
Obciążenie maksymalne – od 30 do 40 kg	Obciążenie maksymalne – od do kg
Dokładność pomiaru – minimum 0,5 g	Dokładność pomiaru – g
Powtarzalność pomiarów – minimum 1,5 g	Powtarzalność pomiarów – g
Liniowość pomiaru – minimum 1,5 g	Liniowość pomiaru – g
Czas stabilizacji – maksymalnie 4 s	Czas stabilizacji – s
Wymiary szalki – od 300 x 300 do 400 x 400 mm	Wymiary szalki – x mm
Waga musi mieć możliwość pracy na zasilaniu 230V oraz na wbudowanym akumulatorze	MA MOŻLIWOŚĆ*/NIE MA MOŻLIWOŚCI*
Waga musi posiadać złącze RS232 do wymiany danych z komputerem	POSIADA*/NIE POSIADA*
Szalka musi być wykonana ze stali nierdzewnej	JEST WYKONANA*/NIE JEST WYKONANA*
Waga musi być wyposażona w czytelny wyświetlacz LCD	JEST*/NIE JEST* WYPOSAŻONA

*niepotrzebne skreślić

 (podpis i pieczętka osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
ZP 12/WILiŚ/2017, CRZP 140/002/D/17

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego *pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej na potrzeby projektów realizowanych w ramach wspólnego przedsięwzięcia „RID”*, przedkładam(y):

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część C – Przesiewacz w strumieniu powietrza

Producent	
Typ/Model	

Wymagane parametry techniczne	Informacja, czy oferowany przesiewacz/wyposażenie dodatkowe spełnia wymagane parametry albo wartość parametru
Przesiewacz	
Przesiewacz musi spełniać wymagania normy PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych cząstek. Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza.	SPEŁNIA*/NIE SPEŁNIA*
Przesiewacz musi umożliwiać wykonanie przesiewu w sposób pneumatyczny	UMOŻLIWIA*/NIE UMOŻLIWIA*
Przesiewacz musi być przystosowany do sit o średnicy 200 mm	JEST*/NIE JEST * PRZYSTOSOWANY
Przesiewacz musi umożliwiać wykonanie badania na próbce o masie z zakresu od 10 do 100 g	UMOŻLIWIA*/NIE UMOŻLIWIA*
Ciśnienie robocze musi być regulowane w zakresie minimum od 0 do 10 kPa	Ciśnienie robocze regulowane w zakresie od do kPa
Przesiewacz musi mieć możliwość ustawienia czasu trwania badania przy pomocy regulatora elektronicznego.	MA MOŻLIWOŚĆ*/NIE MA MOŻLIWOŚCI*
Wyposażenie dodatkowe	
Sito o średnicy 0,02 mm – 2 sztuki	TAK*/NIE*

Sito o średnicy 0,063 mm – 2 sztuki	TAK*/NIE*
Sito o średnicy 0,125 mm – 2 sztuki	TAK*/NIE*

*niepotrzebne skreślić

(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
ZP 12/WILiŚ/2017, CRZP 140/002/D/17

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego *pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej na potrzeby projektów realizowanych w ramach wspólnego przedsięwzięcia „RID”*, przedkładam(y):

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część D – Wyciskarka do prób Marshalla

Producent	
Typ/Model	
Wymagane parametry techniczne	Informacja, czy oferowana wyciskarka/wyposażenie dodatkowe spełnia wymagane parametry albo wartość parametru
Wyciskarka	
Wyciskarka musi mieć napęd elektro-hydrauliczny	MA*/NIE MA*
Maksymalny nacisk minimum 50 kN	Maksymalny nacisk kN
Wyciskarka musi mieć budowę urządzenia wolnostojącego, przystosowanego do ustawienia na podłodze i umożliwiającego wyciskanie próbek w stojącej pozycji operatora	MA*/NIE MA*
Wyciskarka musi na bieżąco pokazywać siłę stosowaną podczas wyciskania próbki	SPEŁNIA*/NIE SPEŁNIA*
Zasilanie 230V lub 380V	ZasilanieV
Wyposażenie dodatkowe	
Akcesoria do wyciskania próbek Marshalla o średnicy 100 mm	TAK*/NIE*
Akcesoria do wyciskania próbek Marshalla o średnicy 150 mm	TAK*/NIE*
Akcesoria do wyciskania próbek Proctora o średnicy 100 mm	TAK*/NIE*
Akcesoria do wyciskania próbek Proctora o średnicy 150 mm	TAK*/NIE*

*niepotrzebne skreślić

 (podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)