



Dziekan

Nr zamówienia **ZZ/1020/009/D/2017**

Gdańsk, dnia 29.11.2017 r.

**ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI
DO OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU**

Zamawiający, Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zawiadamia, że w dniu 28.11.2017 r. wpłynęło zapytanie do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, na które zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Kupujący dopuszcza zastosowanie stolika o przesuwie: 128mm (X) x 78mm (Y) i wymiarach płytki stolika: 160mm (W) x 250mm (D)?

Odpowiedź 1

Tak

Pytanie 2

Czy Kupujący dopuszcza zastosowanie oświetlacza wbudowanego do obserwacji w polu jasnym (6 V; 30 W HAL)?

Odpowiedź 2

Zamawiający nie dopuszcza oświetlacza wbudowanego do obserwacji w polu jasnym. Oświetlenie zewnętrznie pozwala zastosować go również w innych urządzeniach.

Pytanie 3

Czy dopuszcza zastosowanie rewolweru 4 obiektywowego?

Odpowiedź 3

Tak

Pytanie 4

Czy dopuszcza zastosowanie sensora kamery o wymiarach 5,6 x 4,2mm?

Odpowiedź 4

Tak

Pytanie 5

Czy Kupujący dopuści zastosowanie kamery o parametrach: Interfejs danych USB3.0; rozdzielczości 2560x1920pixeli przy 15FPS, 1280x960pixeli przy 36FPS, 640x480pixeli przy 47FPS?

Odpowiedź 5

Tak

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część ogłoszenia o udzielanym zamówieniu ZZ/1020/009/D/2017.

Udzielone wyjaśnienia i wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Dziekan

prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. zw. PG