



Dziekan

Nr zamówienia **ZZ/1130/009/2017**

Gdańsk, dnia 19.12.2017 r.

**ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI  
DO OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU**

Zamawiający, Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zawiadamia, że w dniu 18.12.2017 r. wpłynęło zapytanie do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, na które zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zasilacza niewyposażonego w interfejs USB do PC?

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody na brak interfejsu USB do PC. Zasilacz musi być wyposażony w interfejs USB w celu zdalnego odczytu i nastaw napięcia/prądu.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część ogłoszenia o udzielanym zamówieniu ZZ/1130/009/2017.

Udzielone wyjaśnienia i wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Dziekan

prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. zw. PG