

W postępowaniu wpłynęło zapytanie o treści:

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kuwet o objętości 3,5 ml? Kuwety o objętości 1,5 ml są nieodpowiednie do pracy z czujnikiem temperatury wchodzącym w skład termostatowanego uchwytu na kuwety.

Odp.: TAK