



Dziekan

Gdańsk, dnia 27.02.2019

L.dz. WEA.386.2019

dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu ZZ/59/014/19 na „Dostawę generatora funkcyjnego” dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki politechniki Gdańskiej

Informuję, iż w dniu 22.02.2019 roku wpłynęło zapytanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu o numerze ZZ/59/014/19. Zamawiający udziela odpowiedzi na skierowane zapytanie.

ZAPYTANIE

„Zwracam się z prośbą o dokładniejsze dane techniczne **Generatora funkcyjnego** z zapytania ofertowego **ZZ/59/014/19**. Chcielibyśmy wystąpić z ofertą do Państwa, niemniej jednak nie możemy odnaleźć odpowiedniego sprzętu, podane dane są zbyt ogólne”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2), umieszczając w opisie dodatkowe wymagania, jakie musi spełnić oferowany sprzęt, tj.:

a) Wymagania dla wyjścia głównego:

- amplituda wyjściowa z zakresu nie mniejszego niż: od $10mV_{p-p}$ do $20V_{p-p}$,
- szybkość próbkowania: nie mniej niż 150 MSa/s,
- rozdzielczość amplitudy: nie mniejsza niż 10mV,
- rozdzielczość offsetu: nie mniejsza niż 10mV.

b) Wymagania dla wyjścia pomocniczego:

- pasmo wyjściowe: nie mniejsze niż 200 kHz,
- amplituda wyjściowa z zakresu nie mniejszego niż: od $100mV_{p-p}$ do $20V_{p-p}$,
- przebiegi wyjściowe: sinus, prostokąt, trójkąt,
- impedancja: 50Ω +/-10%.

Jednocześnie, informuję, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu **28.02.2019 roku o godzinie 15:00**.