



**Dziekan**

L.dz. WETI/1266/2019

Gdańsk, dnia 09.04.2019 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ogłoszonym  
w BZP nr 533262-N-2019 w dniu 03/04/2019  
i na stronie internetowej [www.dzp.pg.edu.pl](http://www.dzp.pg.edu.pl)  
oraz w siedzibie zamawiającego**

**ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI**

**w postępowaniu nr CRZP/80/009/D/19, ZP/27/WETI/19**

dotyczy: **zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa urządzenia medycznego dla KIBM WETI PG”.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający, Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki informuje, iż w dniu 08.04.2019 r. otrzymał zapytania od Wykonawcy:

**Pytanie 1 :**

Czy Zamawiający dopuści aparat o wadze poniżej 150 gr przy zachowaniu wymaganych wymiarów zewnętrznych?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 2 :**

Czy Zamawiający dopuści aparat wyświetlający stan czujników bez rysunku pacjenta?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 3 :**

Prosimy o wyjaśnienie punktu 9 parametrów oprogramowania - Zamawiający wymaga oprogramowania do analizy stadiów snu natomiast nie wymaga sprzętu rejestrującego EEG/EOG/EMG podbródkowe, będące podstawą takiej analizy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby urządzenie umożliwiała pomiar tych parametrów ( patrz pkt.14)

**Pytanie 4 :**

Czy Zamawiający dopuści aparat bez pętli Konno-Mead i pętli objętości przepływu, zamiast nich używając indeksu ruchów oddechowych pozwalającego na analizę oddechów paradoksalnych ?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 5 :**

Czy Zamawiający dopuści aparat bez funkcji alertów? Polisomnografy nie należą do kategorii urządzeń nadzoru lecz diagnostyki.

**Odpowiedź:**

Nie. Urządzenie będzie wykorzystywane w sposób niestandardowy, alerty są wymagane.

**MODYFIKACJA SIWZ**

**Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) wprowadza zmiany w treści SIWZ**

### **Zmiana nr 1 – w opisie przedmiotu zamówienia**

Zamawiający zmienia treść szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 6 do SIWZ.

### **Zmiana nr 2.1**

W rozdziale XII ust. 12.14 otrzymuje brzmienie:

(...)Nie otwierać przed dniem **17/04/2019** przed **godz. 12.30.**

### **Zmiana nr 2.2**

W rozdziale XII ust. 12.16 otrzymuje brzmienie:

(...)Nie otwierać przed dniem **17/04/2019** przed **godz. 12.30.**

### **Zmiana nr 2.3**

W rozdziale XIII ust. 1 pkt b) otrzymuje brzmienie:

(...)termin składania ofert: **do dnia 17.04.2019 r., do godz. 12:00**

### **Zmiana nr 2.4**

W rozdziale XIII ust. 2 pkt b) otrzymuje brzmienie:

(...)termin otwarcia ofert: **w dniu 17.04.2019 r. o godz. 12.30**

Załącznik do Zmiany treści SIWZ:

- 1) Załącznik nr 6 do SIWZ – opis szczegółowy - zmodyfikowany

Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część SIWZ.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. Termin składania ofert ulega zmianie.

Dziekan

  
prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. zw. PG