



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ
I MATEMATYKI STOSOWANEJ

ZZ/62/019/D/19

Gdańsk, dnia, 18.04.2019 r.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Zamawiający, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej zawiadamia, że w dniu 16.04.2019 r. wpłynęło zapytanie do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:


Pytanie 1:

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pkt 1 ogłoszenia dewara o poj. 25 litrów z średnicą wlotu do 65 mm i sprawnością 0,23 litra / dobę, a w pkt. 2 dewara ze średnicą wlotu 51 mm i sprawnością 0,22 litra / dobę.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza oferowanych przez Wykonawcę dewarów i wymaga parametrów wskazanych w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu.

ZATWIERDZAM:

Dyrektor Administracyjny

mgr inż. Marek Jabczyński
..... WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ...
I MATEMATYKI STOSOWANEJ
(podpis osoby upoważnionej)