



Nr postępowania ZZ/699/004/D/2019

Gdańsk, dnia 26.11.2019 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU**

- I. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści ogłoszenia na dostawę wirówki laboratoryjnej dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.

**Wykonawcy zadali Zamawiającemu następujące pytania:**

1. „Czy Zamawiający zgodzi się i dopuści wirówkę laboratoryjną, w której wirnik na próbki o objętości 2/1,5ml osiąga maksymalnie 15100 RPM?  
Parametr ten jest kontrolowany sterowaniem wirówki co pozwala nam na operowanie obrotami wymaganymi przez Zamawiającego dla powyższego wirnika w zakresie od 10 do 15 tys. RPM”
2. „Czy Zamawiający przez zapis :” *Intensywność wirowania dla mniejszej pojemności min. 10 000 rpm ; max. 15 000 rpm*” wymaga wirówki o parametrach zawierających się w danym zakresie między 10 000 a 15 000 RPM (np. 12 000 RPM), czy wymaga aby wirówka spełniała pełny zakres wirowania do 15 000 RPM?”

**Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:**

Ad.1) Zamawiający dopuszcza wartość 15 100 RPM, zgodnie z załączoną modyfikacją z dnia 26.11.2019 r.

Ad.2) Zamawiający nie wymaga aby wirówka spełniała cały zakres podany w ofercie tj. między 10000 a 15500 RPM, zgodnie z modyfikacją z dnia 26.11.2019 r.

- II. Zamawiający dokonuje zmiany terminu otwarcia ofert oraz treści ogłoszenia zgodnie z załączoną modyfikacją.

**Załączniki:**

1. Modyfikacja treści ogłoszenia

**Dziekan  
prof. dr hab. inż. Adam Barylski  
WYDZIAŁ MECHANICZNY**