



**POLITECHNIKA  
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,  
TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

Załącznik nr 1  
do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu  
nr ZP/443/009/2020

Opis przedmiotu zamówienia

Laboratoryjny piec rurowy, poziomy, dzielony, obustronnie otwarty.

Wymiary komory grzejnej wewnętrzne:

Średnica:  $\varnothing$  80mm (+/- 3%)

Długość komory pieca: 500mm (+/- 3%)

Długość strefy grzewczej: 420mm (+/- 5%)

Ilość stref grzewczych: 2

Maksymalna temperatura pracy: 900°C

dwa regulatory mikroprocesorowe programowalne (15x15).

Gwarancja 12 miesięcy.

Ilość: 1 sztuka