
W postępowaniu ZP/154/008/D/20 wpłynęły pytania o poniższej treści

1) Czy Zamawiający dopuszcza zasilacz o płynnej, ale jednostopniowej regulacji napięcia?

Odp.: TAK

2) Czy tętnienia i szумы na poziomie 4mVrms zostaną uznane za wystarczające, aby spełnić określone przez Zamawiającego "niskie szумы i tętnienia"?

Odp.: TAK

Kierownik
mgr Sławomir Malinowski
Seksja ds. Aparatury i Zamówień Publicznych
WYDZIAŁ CHEMICZNY
POLITECHNIKA GDAŃSKA

