

W postępowaniu ZP/162/008/D/20 wpłynęły pytania o poniższej treści

1) czy we wzorze umowy § 1 punkt 3 sformułowanie "Sprzęt dostarczony Zamawiającemu będzie fabrycznie nowy (...)" mają Państwo na myśli sprzęt wyprodukowany w 2020 roku, nie będący sprzętem podemonstracyjnym? Czy dopuszczają Państwo sprzęt wyprodukowany kilka lat wcześniej, ale nieużywany?

Odp.: Tak sprzęt ma być fabrycznie nowy z produkcji 2020, całkowicie niedopuszczalny jest sprzęt powystawowy, odnawiany oraz podemonstracyjny.

Kierownik

mgr Sławomir Malinowski
Sekcja ds. Aparatury i Zamówień Publicznych
WYDZIAŁ CHEMICZNY
POLITECHNIKA GDAŃSKA