



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ MECHANICZNY

ZZ/353/004/D/2020

Gdańsk, dnia 28.08.2020 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści ogłoszenia na **dostawę nasadki termowizyjnej w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla Politechniki Gdańskiej**”.

Wykonawca zadał Zamawiającemu następujące pytanie:

1. w postępowaniu na dostawę nasadki termowizyjnej Zamawiający oczekuje dostarczenia okularu do bezpośredniej obserwacji jako wyposażenia dodatkowego. Proszę o uściślenie parametrów tego okularu i ewentualnie podanie przykładowego modelu spełniającego minimalne wymagania Zamawiającego.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad.1) Urządzenia termowizyjne i noktowizyjne pełniące funkcję "nasadki" na inny sprzęt optyczny mogą, ale nie muszą mieć okular umożliwiający wykorzystywanie nasadki jako autonomicznego monokularu. Odbiorca oczekuje, że oferowana nasadka będzie mogła być wykorzystywana bez konieczności zakupu dodatkowych elementów zarówno jako nasadka jak i monokular czyli będzie wyposażona w okular. W przypadku gdy zestaw podstawowy zawiera ten element nie ma potrzeby oferowania dodatkowego okularu.

z up. Dziekana Wydziału Mechanicznego

dr hab. inż. Paweł Śliwiński, Profesor uczelni