

W postępowaniu ZZ/1727/008/D/20 wpłynęły pytania o poniższej treści

1) Czy Zamawiający dopuści kolorową kamerę mikroskopową o maksymalnej rozdzielczości zapisu 5 megapikseli: 2,464 (W) × 2,056 (S)??

Odp.: **TAK**

2) Czy Zamawiający dopuści okulary szerokokopułowe 10x o liczbie połowej min. 23mm z regulacją dioptryjną?

Odp.: **TAK**

3) Czy Zamawiający dopuści obiektyw o parametrach 20x/0.4 (WD=3.2mm)?

Odp.: **NIE**

4) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości rozbudowy o oprogramowanie do analizy obrazu - NIS Elements i pełnej współpracy z tym oprogramowaniem?

Odp.: **TAK**