



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ CHEMICZNY

ZP/243/008/D/20

Gdańsk, dnia 21.10.2020r.

ZNIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę komory 3-rekawicowej z kontrolowaną atmosferą dla Politechniki Gdańskiej Wydział Chemiczny

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z późn. zm.) Zamawiający, Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny dokonał zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

Załącznik nr 2 do siwz - Formularz cenowy:

Zmianie uległy zapisy w pkt 32. formularza cenowego (załącznik nr 2 do siwz):

przed zmianą:

32. zawory zabezpieczone inter-lock'iem,

po zmianie:

32. system wyposażony w elektrozawory pneumatyczne; dopuszcza się dodatkowe zabezpieczenie zaworu inter-lockiem"