



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ
I ŚRODOWISKA



Dziekan

Gdańsk, dnia 28.10.2020 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 20.10.2020 r. nr ogłoszenia 599558-N-2020
i na stronie internetowej www.dzp.pg.edu.pl**

ZAPYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania ZP 26/WILiŚ/2020, CRZP 246/002/D/20 na dostawę zestawu przetwornika oraz sond do pomiaru stężenia tlenu i pH dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Zamawiający, Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska informuje, że w dniu 27.10.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego uwagi Wykonawcy o brzmieniu (pisownia oryginalna):

Odnosnie prowadzonego przez Państwa postępowania przetargowego mamy kilka uwag odnośnie umowy oraz SIWZ-u.

We Wzorze Umowy Dostawy w §2 pkt. 2 znajduje się zapis: „Miejsce wykonania przedmiotu umowy: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy (w szczególności dostarczony za pomocą poczty kurierskiej czy firmy transportowej) dostarczony został do budynku HYDRO nr 20, na II piętro do laboratorium 206”. Proszę o zmianę na „Miejsce wykonania przedmiotu umowy: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk”.

We Wzorze Umowy Dostawy w §2 pkt. 3. Mamy względem niego obiekcje z powodu, który opisałem powyżej. Rozumiem, że jak nie wniesiemy tego na drugie piętro do pokoju to możemy się narazić na konsekwencje (jako że nie spełniliśmy warunków dostawy).

We Wzorze Umowy Dostawy w §2 pkt. 7: „Dostawa musi nastąpić w dni robocze Zamawiającego w godzinach 8:30-14:30 po telefonicznym zgłoszeniu z co najmniej 48 – godzinnym wyprzedzeniem” proszę o zmianę na „Dostawa musi nastąpić w dni robocze Zamawiającego w godzinach 8:30-14:30”.

We Wzorze Umowy Dostawy w §2 pkt. 8: proszę o jego całkowite wykreślenie.

We Wzorze Umowy Dostawy w §2 pkt. 10, podpunkt 4): proszę o jego wykreślenie.

We Wzorze Umowy Dostawy w §2 pkt. 10, podpunkt 5). Proszę o jego wykreślenie. Wynika z niego, że jak nie dostarczymy dokumentacji technicznej to będziemy obciążeni karami.

We Wzorze Umowy Dostawy w §2 pkt. 10, podpunkt 6). Napisali tutaj Państwo o uruchomieniu urządzeń. Nie jest natomiast uruchomienie wspomniane w SIWZ-ie (punkt III.1.) oraz na formularzu oferty. Proszę o ujednoczenie tych dokumentów.

We Wzorze Umowy Dostawy w §4 pkt. 1. Nie możemy udzielić gwarancji na elektrody pH, ponieważ są to materiały szybko zużywające się.

SIWZ pkt. III.8: nie możemy udzielić gwarancji na elektrody pH ponieważ są to materiały szybko zużywające się.

Proszę o odniesienie się do naszych uwag.

Odpowiedź: Zamawiający uwzględni w całości uwagi skierowane przez Wykonawcę i dokona stosownej zmiany treści w tym zakresie.

W imieniu Zamawiającego


Dziekan
dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA
(11)