

Załącznik nr 2
do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny)
ZZ/25/002/D/20

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnego chlorofilomierza – 1 szt. służącego określaniu zawartości chlorofilu w roślinach i uprawach.
2. Nomenklatura (kod) wg CPV:

Kod wg CPV 38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych
38434500-1 Analizatory biochemiczne
3. Przedmiot zamówienia obejmuje także dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Budynek Hydro (budynek nr 16), Laboratorium p. 305 (piętro III).
4. Przedmiot zamówienia przeznaczony będzie na potrzeby realizacji projektu pn. „Analiza zawartości chlorofilu w hydrofitach w zależności od stężenia Pb i As oraz rozpoznanie składu fizykochemicznego oraz biologicznego ścieków szarych” w ramach dotacji dla Młodych naukowców realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, nr zadania 034628.
5. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
6. Cena i parametry techniczne dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z ofertą Wykonawcy. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z ofertą Zamawiającego nie dokona jego odbioru.
7. Zamawiający zastrzega, że wszelkie ryzyko do momentu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym, ponosi Wykonawca.

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia Wymagane parametry techniczne	Jednostka	Liczba
1	<p><u>Przenośny chlorofilomierz</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ pojemność pamięci co najmniej do 160.000 zestawów danych; ➤ powierzchnia próbowania o średnicy 1 cm; ➤ czas pomiaru do 3 sekund; ➤ zakres temperatur pracy: 0 – 50°C; ➤ wyświetlacz graficzny; ➤ możliwość uśredniania i graficznej prezentacji 30 pomiarów; ➤ złącze USB z RS232; ➤ wbudowany odbiornik GPS; ➤ kabel do transmisji danych; ➤ wbudowany odbiornik GPS; ➤ walizka transportowa. 	szt.	1

- a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze co najmniej 12 m-cy. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń.
- b) Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest załączyć karty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim, w wersji papierowej (1 egzemplarz).
9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.
10. Zamawiający zastrzega, że wszelkie ryzyko do momentu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, ponosi Wykonawca.