



Dziekan

Nr zamówienia **ZZ/114/009/D/2021**

Gdańsk, dnia 17.02.2021r.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI
DO OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU**

Zamawiający - Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki informuje, że w dniu 16.02.2021r. wpłynęły pytania do postępowania na dostawę autoklawu z zapasową uszczelką pokrywy na potrzeby Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, na które zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści autoklaw z ciśnieniem wynoszącym 1,05 bar?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści autoklawu z ciśnieniem wynoszącym 1,05 bar.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści autoklaw z całkowitym czasem procesu wynoszącym 70 min.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści autoklawu z całkowitym czasem procesu wynoszącym 70 min.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści autoklaw z czasem cyklu sterylizacji 28 min?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści autoklawu z czasem cyklu sterylizacji 28 min.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści autoklaw bez manometru i termometru?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści autoklawu bez manometru i termometru.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści autoklaw o wadze 6,26 kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści autoklawu o wadze 6,26 kg.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści autoklaw z komorą o wysokości 27 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści autoklawu z komorą o wysokości 27 cm.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści autoklaw o mocy 1250 W?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści autoklawu o mocy 1250 W.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dn. 12.02.2021 r. oraz mają moc wiążącą dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Dziekan

prof. dr hab. inż. Jacek Stefański