



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ
I OKRĘTOWNICTWA



ZZ/155/005/D/2021

Gdańsk, dnia 30.04.2021 r.

Wykonawcy

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dot. postępowania na dostawę mieszadła magnetycznego, mieszadełek magnetycznych oraz termometru dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.

Wykonawca zadał Zamawiającemu następujące pytanie:

W związku z toczącym się postępowaniem na dostawę mieszadła magnetycznego, mieszadełek magnetycznych oraz termometru dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa zwracam się zapytaniem, czy dopuszczają Państwo mieszadło naszej produkcji o wymiarach 14,5cm x 21cm i wysokość 6,5cm?

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Z uwagi na fakt, że rozmiar mieszadeł jest ściśle determinowany rozmiarem specjalnie zaprojektowanej i wydrukowanej wanny reakcyjnej, która będzie na mieszadłach ustawiona, proponowany przez Państwa model nie spełnia tego wymagania.

Z poważaniem

Dziekan

prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I OKRĘTOWNICTWA

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego