

Dziekan

Nr zamówienia ZZ/916/009/2021

Gdańsk 13.09.2021 r.

Dotyczy: ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na dostawę kompresora wraz z instalacją pneumatyczną do laboratorium na potrzeby Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Zamawiający informuje, że w dniu 09.09.2021r. wpłynęło do zamawiającego zapytanie wykonawcy dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu:

**Pytanie 1**

Czy sprężarka może być zamontowana na poziomym zbiorniku 200l, czy też zbiornik ma być osobno pionowy?

**Odpowiedź 1**

Sprężarka ma być zamontowana na poziomym zbiorniku powietrza 200l.

**Pytanie 2**

Czy sprężarka ma być wyposażona w osuszacz ziębniczy?

**Odpowiedź 2**

Sprężarka nie ma być wyposażona w osuszacz ziębniczy.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu i są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Dziekan

prof. dr hab. inż. Jacek Stefański