



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ
I MATEMATYKI STOSOWANEJ



ZZ/254/019/D/21

Gdańsk, dnia, 28.10.2021 r.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Zamawiający, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej zawiadamia, że w dniu 27.10.2021 r. wpłynęło zapytanie do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:


Kuwetka kwarcowa z pokrywką , 45x12,5 x 12,5 mm
Czy ma mieć 4 ścianki polerowane czy 2 ścianki polerowane?

Odpowiedź:

Kuwetka ma mieć 4 polerowane (transparentne) ścianki

ZATWIERDZAM:

Dyrektor Administracyjny


mgr inż. Marek Łabczyński
WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ
I MATEMATYKI STOSOWANEJ
141

.....
(podpis osoby upoważnionej)