

Nr zamówienia: ZZ/1193/009/D/21

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu na: Dostawę komory laminarnej dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Komora laminarna bezpyłowa przeznaczona do napraw wyświetlaczy LCD, o niżej opisanych parametrach:

1. Obieg powietrza **od góry w dół wymuszony** przez wentylator umieszczony na górze komory.
2. Wentylator posiadający płynną regulację obrotów.
3. 1 filtr HEPA H 14 o skuteczności co najmniej 99,99% dla cząsteczek > 0,3um
4. 3 boki komory zamknięte folią antystatyczną lub przeszklone
5. Napięcie zasilania: 230VAC
6. Wymiary komory: nie mniejsze niż (szer. x głęb. x wys.): 60 x 40 x 60 cm
7. Wymiary komory: zewnętrzne nie większe niż (szer. x głęb. x wys.): 70 x 55 x 70 cm

Gwarancja	Minimum 12 miesięcy
------------------	----------------------------