

Nr zamówienia: ZZ/1193/009/D/21

Gdańsk, dnia 19.11.2021 r.

PYTANIA I WYJAŚNIENIA DO TREŚCI OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Dotyczy: ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na dostawę komory laminarnej dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, prowadzonym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. w zw. z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

Zamawiający Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki informuje, że w dniu 19.11.2021 r. wpłynęły od Wykonawcy drogą elektroniczną pytania do niniejszego postępowania:

Pytanie:

1. Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z wentylatorem regulowanym automatycznie do wartości 0.45 m/s?

Odpowiedź: Tak

2. Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną posiadającą 2 boki przeszklone i tylną ścianę ze stali?

Odpowiedź: Tak.

3. Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o wymiarach zewnętrznych (SxGxW) 94.4x87.2x121.2 cm?

Odpowiedź: Nie.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 tygodni od dnia złożenia zamówienia?

Odpowiedź: Tak

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dnia 17.11.2021 r. oraz mają moc wiążącą dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Zmianie ulega wzór oferty stanowiący Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

Zmieniony Załącznik nr 1 do Ogłoszenia zostaje udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Dzielen
prof. dr hab. inż. Jacek Jędrzejewski