



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ
I MATEMATYKI STOSOWANEJ



ZZI/354/019/D/21

Gdańsk, dnia, 15.12.2021 r.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Zamawiający, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej zawiadamia, że w dniu 14.12.2021 r. wpłynęło zapytanie do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Zamiast DUO3 chcemy zaoferować alternatywną pompę próżniową RV3 do analizatora Quantachrom. Prosimy tylko o potwierdzenie napięcia zasilania pompy Pfeiffer.

Odpowiedź:

Pompa Pfeiffer DUO 3, zamontowana w analizatorze, jest zasilana napięciem 115V.

ZATWIERDZAM:

Dyrektor Administracyjny

mgr inż. Marek Żabczyński

WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ
I MATEMATYKI STOSOWANEJ

(podpis osoby upoważnionej)