

Gdańsk, 26.04.2022 r.

Dziekan

**ZAPYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu nr ZZ/8/002/D/2022**

Dotyczy: postępowania na dostawę teodolitów elektronicznych wraz z akcesoriami na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Zamawiający informuje, że w dniu 26.04.2022r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawców o brzmieniu:

Pytanie nr 1

1. Czy Zamawiający dopuszcza lunetę o powiększeniu co najmniej 26x zamiast 30x.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie dopuszcza lunety o powiększeniu co najmniej 26x zamiast 30x.

Pytanie nr 2

W nawiązaniu do zapytania na dostawę teodolitów elektronicznych wraz z akcesoriami na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, chcielibyśmy podpytać czy zamawiający dopuszcza urządzenie, posiadające w zakresie dostawy akumulator z ładowarką oraz zasobnik z akumulatorkami AA i ładowarką do nich? Teodolit spełniający minimalne wymagania, ma standardowo w zakresie akumulator oraz zasobnik na baterie.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający dopuszcza urządzenie, posiadające w zakresie dostawy akumulator z ładowarką oraz zasobnik z akumulatorkami AA i ładowarką do nich. Zamawiający wprowadzi odpowiednie zmiany w opisie przedmiotu zamówienia.

Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.

Dziekan
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG