

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu pompy próżniowej z komorą próżniową.

Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

- a) Pompa dwustopniowa olejowa,
- b) Pompa o wydajności minimum 280 l/min,
- c) Próżnia cząstkowa: mniejsza niż 0,5 Pa,
- d) Komora próżniowa o minimalnych wymiarach: średnicy 300 mm i wysokości 250 mm (ok. 20 l),
- e) Komora z przezroczystym wiekiem,
- f) Komora wykonana z materiałów umożliwiającym bezpieczne odpowietrzanie silikonów formierskich,
- g) Komora z węzłem umożliwiającym bezpośrednie podłączenie do pompy.

WAŻNE:

Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie umieści informacji nt. okresu gwarancji, jak również terminu realizacji zamówienia Zamawiający uzna, iż wynosi on odpowiednio, dla okresu gwarancji: 12 miesięcy, dla terminu realizacji zamówienia: 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy.