

ZZ/605/005/D/2022

Gdańsk, dnia 15.09.2022 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia na **dostawę czujników i przepływomierzy dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, z podziałem na części:**

- Część A: Przetworniki temperatury;**
- Część B: Zegarowe czujniki temperatury;**
- Część C: Przetworniki ciśnienia;**
- Część D: Zegarowe czujniki ciśnienia;**
- Część E: Przepływomierze;**
- Część F: Przepływomierz Coriolisa**

Wykonawca zadał Zamawiającemu następujące pytanie:

1. Czy można składać ofertę na jedną część czy na wszystkie od A do F?
2. Czy na przetworniki ciśnienia potrzebne są jakieś certyfikaty np. ATEX na te co mają pracować z metanem lub na te z tlenem?

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Wykonawca może przedstawić ofertę na dowolnie wybrane przez siebie części zamówienia.
2. Nie jest potrzebny ATEX. Standardowe wykonanie

Dziekan
prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I OKRĘTOWNICTWA