



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**



Kanclerz

5.12.2022 r.

Numer postępowania: ZZ/27/057/2022

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na **dostawę ekstraktora ultradźwiękowego** niezbędnego do prawidłowej realizacji projektu „Zagospodarowanie niewykorzystywanych różnych części botanicznych ziół i roślin jadalnych oraz dziko-rośnących roślin jadalnych do pozyskiwania ekstraktów do zastosowania w kosmetyce i w przemyśle spożywczym” realizowanych w projekcie pozakonkursowym pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Zamawiający, Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, odpowiada na pytania Wykonawcy.

Pytanie 1:

Czy dopuszczają Państwo sonifikator o stałej częstotliwości 20kHz i regulowanej amplitudzie w zakresie od 10% do 100%?

Odpowiedź 1:

Zamawiający **dopuszcza** sonifikator o stałej częstotliwości 20kHz i regulowanej amplitudzie w zakresie od 10% do 100%.

Pytanie 2:

Czy wymagają Państwo dostarczenia sonifikatora wraz z statywem?

Odpowiedź 2:

Tylko jeśli sonikator wymaga bardzo konkretnego statywu, czyli łapa laboratoryjna i statyw nie mają zastosowania.

Pytanie 3:

Czy wymagają Państwo dostarczenia sonifikatora wraz z sondą do pomiaru temperatury cieczy?

Odpowiedź 3:

Zamawiający **nie wymaga** dostarczenia sonifikatora wraz z sondą do pomiaru temperatury cieczy.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część ogłoszenia oraz są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

ZATWIERDZAM
mgr inż. Mariusz Miler
Kancelerza PG