

Dziekan

Gdańsk, 2.01.2023 r.

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):

ZZ/29/002/D/2022

dotyczy: zamówienia na dostawę wag precyzyjnych na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

ZAPYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Zamawiający udostępniła treść zapytań, które wpłynęły w dniu 23.12.2022r. wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wag z minimalną naważką ($u=1\%$, $k=2$) na poziomie 1,2 g?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wag bez osłony szalki? Wagi z tak dużymi szalkami nie posiadają dodatkowych osłon wokół szalek.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wag z dotykowym, kolorowym ekranem zamiast wyświetlacza LCD? Menu jest w j. polskim.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

W imieniu Zamawiającego
Dziekan
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
dr. hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG