


## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie dotyczy zakupu dwóch złącz obrotowych SMA na potrzeby realizacji pomiarów mikrofalowych.

Specyfikacja sprzętowa:

Złącze obrotowe:

- Impedancja: 50 Ohm;
- Zakres częstotliwości pracy: minimum DC-18 GHz;
- VSWR: nie większy niż 1.25 dla 18 GHz;
- Złącza: SMA żeńskie/żeńskie;
- Liczba cykli (podłączenie rozłączenie przewodu RF): nie mniej niż 500;
- Istotne wymiary złącza: zgodne z rysunkiem poniżej



Rys. 1: Istotne wymiary złącza (w nawiasach podano wartości w mm)

Maksymalny budżet na sfinansowanie zakupu wynosi 2500 PLN (brutto).