



**POLITECHNIKA  
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ  
I MATEMATYKI STOSOWANEJ



Gdańsk, dnia, 22.06.2023 r.

ZZ/437/019/D/23

### ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Zamawiający, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej zawiadamia, że w dniu 22.06.2023 r. wpłynęły zapytania do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

#### Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuszcza, w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia:

1. Regulatory masowego przepływu o dokładności: min. 1% wart. mierzonej lub 0,35% FS (która większa).
2. Arkusz kalibracyjny producenta.

#### Odpowiedź:

Nie

mgr inż. Marek Żabczyński  
Dyrektor Administracyjny  
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej  
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)