

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa 2 sztuk **przepływomierzy do pomiaru przepływu gazów** produkowanych przez elektrolizer o następujących parametrach:

- Zakres pomiarowy: 0-20 l/min;
- Pomiar przepływu tlenu oraz wodoru – ustawiany na urządzeniu;
- dokładność pomiaru: +/-0,8% wart. mierzonej +0,2% FS
- czas odpowiedzi: <10ms
- sygnał wyjściowy: 0...5VDC
- interfejs komunikacji: RS232
- zasilanie: nom. 24VDC (9...24VDC, 40mA)
- przyłącze elektryczne: konektor 8-Pin Mini-DIN
- wyświetlacz: lokalny, LCD, monochromatyczny z podświetleniem