

ZZ/922/005/D/2023

Gdańsk, dn. 30.10.2023 r.

### Do Wykonawców

postępowania na dostawę liofilizatora z wyposażeniem dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej

udzielanego na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę urządzenia z menu (programowanie i obsługa) w języku angielskim?

Odpowiedź: TAK.

2.

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia półek do liofilizatora ? Jeśli tak, to jaką ilość i jaka jest wymagana minimalna powierzchnia półek ?

Odpowiedź: TAK - przynajmniej 2 półki o minimalnej powierzchni 400 cm<sup>2</sup>

3.

Czy wymagane jest bezprzewodowe elektryczne grzanie półek z indywidualną kontrolą temperatury każdej półki ?

Odpowiedź: NIE

4.

Czy poszczególne półki mają mieć możliwość wysuwania ze stojaka ?

Odpowiedź: NIE

5.

Czy sterownik liofilizatora ma zapewniać możliwość wyboru gotowych programów - aplikacji ?

Odpowiedź: TAK

Zamawiający **przedłuża termin składania ofert do 10.11.2023 r. do godz. 15:00.**

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

*Dziekan*  
*prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn*  
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I OKRĘTOWNICTWA