

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **Dostawa myjek ultradźwiękowych na potrzeby Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej**

#### **Wymagane parametry:**

##### **Myjka ultradźwiękowa 1**

- pojemność 3.2 litry ( $\pm 10\%$ ),
- moc przetwornika ultradźwiękowego 110-130W,
- grzanie w zakresie RT-80°C,
- timer 0-30 min,
- ilość : 1 szt.

##### **Myjka ultradźwiękowa 2**

- pojemność 2 litry ( $\pm 10\%$ ),
- moc przetwornika ultradźwiękowego 70-90W,
- grzanie w zakresie RT-80°C,
- timer 0-30 min,
- ilość : 1 szt.

**Myjki dostarczane z wyjmowanym koszykiem ze stali nierdzewnej oraz pokrywką.**