

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Dostawa wag laboratoryjnych na potrzeby Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

#### Wymagane parametry:

##### Waga laboratoryjna 1

- Zakres ważenia co najmniej od 0.5 do 3000 g;
- Wyświetlacz LCD;
- Dokładność co najmniej 0.1 g;
- Powtarzalność co najmniej 0.2 g;
- Szalka wagowa o rozmiarze w zakresie 150-170 x 150x170 mm;
- Czas stabilizacji poniżej 2 s;
- Ilość : 1 szt.

##### Waga laboratoryjna 2

- Precyzyjna waga analityczna o zakresie do 210 g;
- Wyświetlacz LCD;
- Dokładność 0.001 g;
- Szalka wagowa o średnicy 80-100 mm;
- Komora pomiarowa z trzema przesuwными szybami;
- Możliwość zasilania wagi bateriami;
- Ilość : 1 szt.