

Dziekan

Nr zamówienia **ZZ/188/009/D/2024**

Gdańsk, dnia 21.08.2024 r.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI
DO OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU**

Zamawiający - Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki informuje, że w dniu 21.08.2024r. wpłynęło pytanie do postępowania na dostawę ciepłarki na potrzeby Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr ZZ/188/009/D/2024, na które zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy ciepłarka ma być z wymuszonym czy naturalnym obiegiem?

Odpowiedź:

Ciepłarka powinna być z naturalnym obiegiem.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dn. 09.08.2024r. oraz ma moc wiążącą dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Dziekan

prof. dr hab. inż. Jacek Stefański