



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ
I MATEMATYKI STOSOWANEJ



Gdańsk, dnia, 26.09.2024 r.

ZZ/902/019/D/24

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Zamawiający, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej zawiadamia, że w dniu 25.09.2024 r. wpłynęły zapytania do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy węgiel aktywny ma być w workach czy w kasetach (z ramą) ?

Odpowiedź:

W workach.

Pytanie 2:

Jaka klasa filtracji i wymiar dla filtrów Hepa?

Odpowiedź:

Wymiary filtrów HEPA 95 mm (zewnętrzna średnica) i 60 mm wewnętrzna średnica. Filtr hepa H13, kompatybilny z komorą rękawicową HOGER.

dr hab. Paweł Możejko, prof. uczelni
Dziekan
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)