

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rozbudowa posiadanego dejonizatora Polwater serii DL do standardu wody ultraczystej:

- Posiadane urządzenie Polwater MD613ADL-3AKS-3;
- Zakres obejmuje dostosowanie urządzenia do produkcji wody ultraczystej:
 - Rozbudowa w serwisie producenta;
 - Przewodność cieczy po modyfikacji 0,055 $\mu\text{S}/\text{cm}$;
 - Poziom OWO <10ppb;
 - Norma PN-EN ISO 3696:1999 1 stopień;
 - Montaż drugiego punktu poboru wody;
 - Możliwość bezpośredniego podłączenia do zmywarki laboratoryjnej;
 - Zapewnienie materiałów zużywalnych na okres 12 m-cy pracy po rozbudowie;
- Rozbudowa obejmuje koszt odbioru oraz ponownej dostawy do siedziby zamawiającego z dostawą i montażem;