

Nr ogłoszenia: **ZZ/1098/019/D/24**

Przedmiotem zamówienia jest generator izotopowy zawierający Cs-137 1 szt.:

- aktywności min. 10 μ Ci (+/-10%),
- w zestawie:
 - a) z min. 250 ml roztworu eluującego (0,9% NaCl w 0,04 M HCl)
 - b) urządzenie niezbędne do bezpiecznego pozyskania eluatu.
- zestaw powinien być prosty w obsłudze, w opakowaniu zapewniającym bezpieczne przechowywanie i wielokrotne użycie - do 1000 płukań.