

Gdańsk, dnia 16.12.2024r.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOT. CZĘŚCI 2 ZMIANA OGŁOSZENIA W ZAKRESIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

dot. ogłoszenia ZZ/1325/005/D/2024 na dostawę materiałów i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, w podziale na części.

1. W prowadzonym postępowaniu jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z następującymi pytaniami dot. części 2:

Myjka ultradźwiękowa 6500ml – 1 szt.

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu myjkę o mocy ultradźwięków 2 x 320 W?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu myjkę o zakresie temperatury 30-80 stopni Celsjusza?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu myjkę o wymiarach zewnętrznych 325 x 265 x 225 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu myjkę nie posiadającą cyfrowego wyświetlacza?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Myjka ultradźwiękowa 1300ml – 1 szt.

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu myjkę o pojemności zbiornika 1300 ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu myjkę o mocy ultradźwięków 2 x 100 W?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu myjkę o zakresie temperatury 30-80 stopni Celsjusza?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu myjkę o wymiarach zewnętrznych 175 x 165 x 220 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu myjkę nie posiadającą cyfrowego wyświetlacza?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Kieszonkowa waga elektroniczna, 100 g / 0.01 g – 1 szt.

**Pytanie nr 10:**

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wagę mającą zakres pomiaru do 620 g?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania tej samej dokładności pomiaru.

**2. Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu - zmianie ulega termin składania ofert.****Pkt 4 ogłoszenia przyjmuje brzmienie:**

„Oferty należy złożyć (na załączonym druku) w terminie do **dnia 18.12.2024r. do godz. 11:00** w formie pisemnej na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Budynek nr 30 pokój Nr 904 (Biuro Administracyjne), z dopiskiem: **na dostawę materiałów i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej ZZ/1325/005/D/2024** ze wskazaniem części lub na adres e-mail: [dzp.wimio@pg.edu.pl](mailto:dzp.wimio@pg.edu.pl). Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą zawierać podpis osoby składającej ofertę.”

Dziekan

dr hab. inż. Mariusz Deja, profesor uczelni  
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I OKRĘTOWNICTWA

.....  
(podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)