

*Załącznik nr 1
do ogłoszenia o udzielanym
zamówieniu nr ZZ/119/009/D/2025*

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Akcesoria laboratoryjne:

1. **Przeciwelektroda siatkowa platynowa** (materiał: platyna, wymiary siatki: 25 mm x 35 mm, średnica drutu: 0.08 mm, pole powierzchni: ok. 1 cm², siatka: 80 mesh) – **1 szt.**
2. **Przeciwelektroda platynowa, spiralna** (materiał: platyna, długość: 230 mm, średnica drutu: 0.5 mm, pole powierzchni: ok. 3.6 cm²) – **2 szt.**
3. **Elektroda referencyjna chlorosrebrowa** (przeznaczenie: do roztworów wodnych, typ: chlorosrebrowa Ag/AgCl, długość: 92 mm, średnica zewnętrzna: 6 mm, klucz: ceramiczny, izolacja: polimetylopenten, elektrolit: nasycony KCl, potencjał elektrody: 198 mV vs. RHE 25 °C) – **2 szt.**
4. **Elektroda robocza platynowa** – PTE (PEEK, OD: 6 mm, ID: 3 mm, dł.: 55 mm) – **3 szt.**
5. **QCM Sensor** - Wrapped 14mm (10MHz, Pt, Polished), kompatybilne z celką i mikrowagą kwarcową BioLogic BluQCM, 10 sztuk w zestawie – **1 szt.**
6. **QCM Sensor** - Wrapped 14mm (10MHz, Ti/Au, Polished), kompatybilne z celką i mikrowagą kwarcową BioLogic BluQCM, 10 szt. w zestawie – **1 szt.**