

*Załącznik nr 1  
do ogłoszenia o udzielanym  
zamówieniu nr ZZ/121/009/D/2025*

nr zamówienia **ZZ/121/009/D/2025**

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pipet i akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby projektu „Innowacyjna powłoka stentu z kompleksem polifenol-rapamycyna o ulepszonych właściwościach uwalniania leku w celu zwalczania restenozy” finansowanego ze środków NCBiR, realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był nowy, wolny od wszelkich wad fizycznych, wad prawnych i uszkodzeń oraz nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

Zamawiający wyznacza termin wykonania zamówienia: **maksymalnie do 60 dni kalendarzowych**, liczonych od dnia udzielenia zamówienia.

Kody wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne.

### **Akcesoria laboratoryjne:**

1. Pipeta jednokanałowa, automatyczna o zmiennej pojemności, 4-cyfrowy wskaźnik pojemności, możliwa sterylizacja w całości w autoklawie w temperaturze 121°C (20 min), prosta kalibracja bez użycia narzędzi dzięki technologii Easy Calibration, odporność na działanie promieniowania UV, pojemność 100 – 1000 ul, krok co 1 ul – 1 szt.
2. Pipeta jednokanałowa, automatyczna o zmiennej pojemności, 4-cyfrowy wskaźnik pojemności, możliwa sterylizacja w całości w autoklawie w temperaturze 121°C (20 min), prosta kalibracja bez użycia narzędzi dzięki technologii Easy Calibration, odporność na działanie promieniowania UV, pojemność 20 – 200 ul, krok co 0,2 ul – 1 szt.
3. Pipeta jednokanałowa, automatyczna o zmiennej pojemności, 4-cyfrowy wskaźnik pojemności, możliwa sterylizacja w całości w autoklawie w temperaturze 121°C (20 min), prosta kalibracja bez użycia narzędzi dzięki technologii Easy Calibration, odporność na działanie promieniowania UV, pojemność 10 – 100 ul, krok co 0,1 ul – 1 szt.
4. Pipeta jednokanałowa, automatyczna o zmiennej pojemności, 4-cyfrowy wskaźnik pojemności, możliwa sterylizacja w całości w autoklawie w temperaturze 121°C (20 min), prosta kalibracja bez użycia narzędzi dzięki technologii Easy Calibration, odporność na działanie promieniowania UV, pojemność 5 – 50 ul, krok co 0,05 ul – 1 szt.
5. Pipeta jednokanałowa, automatyczna o zmiennej pojemności, 4-cyfrowy wskaźnik pojemności, możliwa sterylizacja w całości w autoklawie w temperaturze 121°C (20 min), prosta kalibracja bez użycia narzędzi dzięki technologii Easy Calibration, odporność na działanie promieniowania UV, pojemność 0,5 – 10 ul, krok co 0,01 ul – 1 szt.
6. Statyw karuzelowy, mogący pomieścić nawet 6 pipet, kompatybilna z pipetami z punktów 1-5 – 1 szt.