

Dziekan

Nr zamówienia ZZ/126/009/D/2025

Gdańsk, dnia 14.10.2025 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
DO OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
ZZ/126/009/D/2025 Część II

Zamawiający - Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki informuje, że w dniu 10.10.2025 r. wpłynęły pytania do postępowania na **dostawę mikroskopów stereoskopowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr ZZ/126/009/D/2025 Część II**, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kamery o wyższej rozdzielczości (np. 6 megapikseli), posiadającej oprogramowanie dostosowane do pracy z systemami Windows 10 i 11 oraz MacOS, z pełnym wsparciem dla interfejsu danych USB 3.0, ale bez sterowników dla systemów Windows XP oraz Linux?

Odpowiedź 1:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2:

Czy wymagany parametr „rozszerzona głębia ostrości EDF” dotyczy oprogramowania kamery czy też dodatkowego oprogramowania, dedykowanego do współpracy z mikroskopem stereoskopowym?

Wyjaśnienie – typowe moduły EDF, stosowane w oprogramowaniu kamer, nie dają prawidłowego efektu z mikroskopem stereoskopowym – nie pozwalają na prawidłowe złożenie zdjęć w osi Z, nie likwidując przesunięcia w stosie zdjęć.

Odpowiedź 2:

Parametr „rozszerzona głębia ostrości EDF” dotyczy oprogramowania kamery. Zamawiający ma świadomość, że w przypadku mikroskopów stereoskopowych nie ma mowy o pełnym EDF.

Pytanie 3:

Czy wymagany oświetlacz o łącznej mocy min. 6W ma być mocowany na kolumnie stereoskopu? Czy ma mieć możliwość wyboru aktualnie świecącej diody (obie-prawa-lewa)?

Odpowiedź 3:

Wymagany oświetlacz o łącznej mocy min. 6W nie musi być mocowany na kolumnie stereoskopu i nie musi mieć opcji wyboru lewa-prawa.

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień **17.10.2025 r., do godz. 10:00.**

Powyższe zapytania wraz z odpowiedziami oraz Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu – po zmianie z dnia 14.10.2025 r. stanowią integralną część ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dn. 03.10.2025 r. oraz mają moc wiążącą dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Dziekan

prof. dr hab. inż. Jacek Stefański