

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pipeta laboratoryjna wielokanałowa (typu: 8-kanałowa, system poduszki powietrznej) – 1 kpl:

- a) zakres objętości od 5 do 100 μL ,
- b) mechaniczny tryb pracy z płynną regulacją objętości min. co 0,1 μL ,
- c) wyposażona w sprężynujące stożki końcowe ułatwiające zakładanie i zdejmowanie końcówek.,
- d) manualna regulacja odstępu między stożkami od min. 4 mm do maks. 20 mm.
- e) wysoka precyzja dozowania:
 - przy 5 μL : przypadkowy błąd pomiaru $\pm 4\%$ ($\pm 0,2 \mu\text{L}$), błąd systematyczny $\pm 6\%$ ($\pm 0,3 \mu\text{L}$),
 - przy 10 μL : przypadkowy błąd $\pm 2\%$ ($\pm 0,2 \mu\text{L}$), systematyczny $\pm 3\%$ ($\pm 0,3 \mu\text{L}$),
 - przy 50 μL : przypadkowy błąd $\pm 0,8\%$ ($\pm 0,4 \mu\text{L}$), systematyczny $\pm 1,2\%$ ($\pm 0,6 \mu\text{L}$),
 - przy 100 μL : przypadkowy błąd $\pm 0,6\%$ ($\pm 0,6 \mu\text{L}$), systematyczny $\pm 1\%$ ($\pm 1 \mu\text{L}$).
- f) autoklawowalna oraz kompatybilna z końcówkami epT.I.P.S.® 384,
- g) w zestawie z fabrycznym kompletem końcówek w dedykowanym pudełku oraz zapasem min. min. 7680 szt.

Uwaga:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie końcówek zapasowych w workach lub w opakowaniach typu "refill", "reload" lub podobnych