

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stołów optycznych pneumatycznych z kompresorem wraz z ich instalacją na potrzeby Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Specyfikacja stołów optycznych

Ilość: 2 sztuki

- blat o wymiarach 200cm x 120cm +/- 5cm oraz grubości 20cm +/- 2cm
- górna warstwa blatu pokryta stalą nierdzewną o grubości min. 5mm
- odchylenia płaskości blatu nie gorsze niż +/-0,1mm/m²
- w blacie otwory z gwintami m6, rozstawione co 25mm +/- 0.1mm
- wewnątrz blatu wypełnione stalą
- pneumatyczne nogi o wysokości min. 50cm z możliwością poziomowania w zakresie min. 14mm
- tłumienie częstotliwości 5 i 10Hz na poziomie min. 95%

Dodatkowo:

- kompresor o pojemności min. 15l pozwalający uzyskać ciśnienie do 8bar, jeden na dwa stoły
- wymagana usługa wniesienia oraz instalacji stołów.