Gdańsk, 11.03.2026r.

ZZ/21/055/D/26

Dot. dostawy defektoskopu ultradźwiękowego do realizacji przedmiotu „Metody magazynowania energii" w ramach realizacji Projektu „Inżynier 5.0 - kształcenie na potrzeby gospodarki" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 nr umowy o dofinansowanie FERS.01.05-IP.08-0285/23-00

Zamawiający informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące Opisu przedmiotu zamówienia na które Zamawiający udzielił odpowiedzi.

Pytanie:
Czy głowica pojedyncza fi=10mm to głowica prosta?

Odpowiedź:
Dopuszczamy głowicę prostą oraz kątową.

Pytanie:
Czy głowica podwójna ma mieć przetwornik o rozmiarze 3,5x10?

Odpowiedź:
Jest to dopuszczalne.

Pytanie:
Czy do urządzenia ma być dołączony zestaw kabli przyłączeniowych głowica-urządzenie? Jeśli tak, w jakiej ilości? (standardowy zestaw to jeden kabel pojedynczy i jeden podwójny)

Odpowiedź:
Zestaw musi posiadać kable podłączeniowe, aby podłączyć głowice do urządzenie. 1 zestaw kabli - po jednym na każdą z zaoferowanych głowic.

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część ogłoszenia o zamówieniu i są wiążące dla wszystkich wykonawców.

ZATWIERDZAM

Mariusz Miler
Kanclerz PG

.....
(podpis kierownika Zamawiającego/ osoby upoważnionej)

Projekt: „Inżynier 5.0 - kształcenie na potrzeby gospodarki"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 **nr umowy o dofinansowanie FERS.01.05-IP.08-0285/23-00**