



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**



Kancierz

Gdańsk, dnia 12.05.2026 r.

Numer postępowania: ZZ/48/055/D/26

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

W dniu 12.05.2026r. wpłynęło pytanie do postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) **na dostawę spektrofotometru do prac laboratoryjnych dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa na potrzeby realizacji Projektu „Inżynier 5.0 – kształcenie na potrzeby gospodarki”**.

Pytanie nr 1 do OPZ

Proszę o doprecyzowanie zapisu:

- Źródło światła: światło żarowe

Czy Zamawiający ma na myśli lampę halogenową?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza również lampę halogenową.

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów **OPZ**:

Przed zmianą OPZ pkt 1, lit. f):

f) Źródło światła: światło żarowe.

Po zmianie OPZ pkt 1, lit. f):

f) Źródło światła: światło żarowe (tradycyjne) lub halogenowe.

Powyższe odpowiedzi i zmiany stają się integralną częścią Ogłoszenia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

ZATWIERDZAM

mgr inż. Mariusz Miler
Kancierz PG